

Poskytnutí dodatečných informací č. IV

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1. písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

Dodávka ultrazvuků pro Krajskou zdravotní, a.s.

dotaz a odpověď č. :

17) Část 2: 1ks Anesteziologický UZ –ARO Nemocnice Děčín

Zadavatel požaduje systém pro detekci embolií. Tento systém je znám na dopplerovských přístrojích s tužkovými sondami nepodporující dvojrozměrné módy (např. B-mód, Color doppler). Zadavatel dvojrozměrné módy v technických parametrech nepožaduje, zároveň však vyžaduje lineární sondu, konvexní sondu a kardiosondu. Znamená to, že z technické podstaty požadovaných sond se má jednat o ultrazvukový přístroj s B-obrazem nebo o monitorovací dopplerovský systém?

Odpověď:

Jedná se o ultrazvukový přístroj s B-obrazem splňující technické požadavky zadavatele mimo detekci embolií.

18) Část 4: 1ks UZ gynekologie – gynekologické oddělení Nemocnice Most


Zadavatel požaduje k přístroji „barevnou profesionální fototiskárnu“. Může zadavatel blíže specifikovat parametry této tiskárny?

Odpověď:

Zadavatel požaduje laserovou tiskárnu.

19) Část 4: 1ks UZ gynekologie – gynekologické oddělení Nemocnice Most

Zadavatel požaduje v části „Požadovaná zobrazení“ – CW – kontinuální doppler. Jelikož v požadované konfiguraci je tato modalita nevyužita, trvá zadavatel na tomto typu zobrazení? Není problém CW – kontinuální doppler nabídnout, ale tímto dochází k navýšení nabízené ceny.



Odpověď:

Zadavatel na tomto typu zobrazení trvá.

20) Část 4: 1ks UZ gynekologie – gynekologické oddělení Nemocnice Most

Zadavatel používá v části „Požadovaný post procesing“ zkratku MPR. Může zadavatel tuto zkratku blíže specifikovat?

Odpověď:

MPR = Jedná se o zobrazení obrazů ve třech rovinách.

V Ústí nad Labem dne: 9.10.2013

Ing. Petr Fiala
pověřen obchodním vedením společnosti

