

Dräger Medical, s. r. o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 Praha 10

v Ústí nad Labem dne: **14 -10- 2013**

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení

v zadávacím řízení dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
(dále jen „ZVZ“). – zjednodušené podlimitní řízení

Název veřejné zakázky

Monitorovací systémy Most

Zadavatel v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen hodnotící komise) a v souladu s § 76 odst. 6 ZVZ přijímá následující

rozhodnutí:

Zadavatel tímto vylučuje na základě níže uvedených zjištění z účasti v zadávacím řízení uchazeče

Dräger Medical, s. r. o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 Praha 10

Odůvodnění rozhodnutí:

a) *V článku III návrhu kupní smlouvy bylo uchazečem odstraněno:*

- zaškolení (certifikát) kvalifikovaného technického personálu kupujícího, na základě kterého bude oprávněn provádět periodické bezpečnostně technické kontroly dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění, kontroly el. bezpečnosti (elektrorevize) dle platné ČSN, včetně opakovaných proškolení tohoto personálu v průběhu životnosti přístroje a předání odpovídající servisní dokumentace

Požadavek na zaškolení zaměstnanců je i v zadávací dokumentaci článek 3.2. společné požadavky pro obě části zakázky a pododstavec „ostatní požadavky“.

Komise dospěla k závěru, že uchazeč neakceptuje výše uvedená ustanovení.

b) *V článku V odstavci 5 návrhu kupní smlouvy uchazeč uvádí:*

5. Na baterie a senzory (s výjimkou spotř. materiálu) je záruka 12 měsíců od data dodání.



V obligatorním návrhu smlouvy zadavatele je uvedeno:

5. Záruka se vztahuje i na spotřební materiál.

Zadavatel požadoval záruční lhůtu 24 měsíců.

c) *V záručních a servisních podmínkách firmy Drager Medical s.r.o. uchazeč uvádí:*

- Oprávnění provádět PBTk u dodaných přístrojů je možné pouze autorizovaným servisem nebo pracovníkem, který autorizaci získá tím, že si OBJEDNÁ a úspěšně absolvuje komplexní servisní školení u výrobce
- Servisní školení můžeme dle zájmu uživatele zprostředkovat u výrobce v souladu s platným ceníkem servisních školení.

Vzhledem k tomu, že zadavatel požadoval servisní školení jako součást dodávky, je požadované zpoplatnění na základě ceníku servisních školení v rozporu se zadávacími podmínkami.

Uchazeč nerespektoval veškerá ustanovení, uvedená v obligatorním návrhu smlouvy dle článku 8. zadávací dokumentace.

V souvislosti s výše uvedeným se komise rozhodla o vyřazení nabídky v souladu s § 76 odst. 1. zákona č. 137/2006 Sb.

Poučení o lhůtě pro podání námitek:

Proti tomuto rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení lze podat námitky. Námitky proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 10 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení dle § 110 odst. 4 ZVZ.

19



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
pověřen obchodním vedením společnosti