

Objednávka 5600042657

Datum objednávky 26.09.2017

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Teplice, o. z.

Duchcovská 53

415 29 Teplice

OLYMPUS Czech Group, s.r.o.

člen koncernu

Evropská 176/16

160 41 Praha 6

Vaše číslo dodavatele u nás

1000052

Termín dodávky: **17.10.2017**

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení	Cena za jednotku	Hodnota
Obj.množství	Jednotka			
00010	1	Kus oprava ZT	195.696,00	195.696,00
		Kolonoskop CF-Q165 L EXERA II výr.č.2701589		
		(zkouška těsnosti neprojde pračkou)		
		Pro odd.gastro		

Celk.hodn. s DPH CZK , 195.696,00

Souhlasím / akceptuji objednávku opravy

dne 10. 10. 2017 **Olympus Czech Group, s.r.o.**

člen koncernu; Evropská 176/16
160 41 Praha 6, IČ: 27068621
tel.: +420 221 985 398

Schválil: [REDACTED]

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněn.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

ZÁKAZNÍK

Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Teplice, o.z. - [REDACTED]
Oddělení zdravotnické techniky
Duchcovská 53

415 29 TEPLICE

NA ZÁKLADĚ VAŠÍ OBJEDNÁVKY č.: **5600042657**
A NÁSLEDUJÍCÍCH SKUTEČNOSTÍ VÁM ZASÍLÁME

CENOVÝ NÁVRH NA OPRAVU číslo:

50589709 / 6963

PRO PŘÍSTROJ : VIDEOKOLONOSKOP
TYP : CF-Q165L

PRACOVISTĚ: Gastroenterologické oddělení
VÝROBNÍ Č. : 2701589

TECHNICKOU PROHLÍDKOU PŘÍSTROJE BYLO ZJIŠTĚNO :

- sediment, začínající koroze kontaktů tlačítkové sekce
- sediment, začínající koroze kontaktů tlačítka číslo 1.
- chybějící identifikační štítek modelu přístroje na dvířkách vrchního krytu ovládací části / kontrolboxu
- zlomený světlovodný tubus u připojovacího konektoru / S-Konektoru, odřeniny v ochranném plášti
- zalomený zaváděcí tubus pod ovládací částí přístroje (kontrolboxem)
- sediment, stopy vlhkosti v systému zaváděcího tubusu
- narušené lepení krytky distálního konce, odřeniny
- odražená - odštíplá hrana světlovodné čočky, stopy vlhkosti pod krycím sklem
- sediment, koroze uvnitř systému připojovacích konektorů (malfunkce flexibilních kontaktů - flexiportů)
- snížená funkce svítivosti světlovodných vláken, nedostatečná flexibilita vláken
- *odražená / odštíplá hrana krycího skla snímacího kamerového čipu CCD (uvedený defekt není patrný v obraze) - v případě zhoršení technického stavu, doporučujeme výměnu této části, resp. snímacího kamerového čipu CCD = informativní charakter závady a není předmětem této opravy*

S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÝ TECHNICKÝ STAV PŘÍSTROJE JE NUTNO PROVÉST :

- dekontaminace - již provedeno
- částečnou demontáž, sušení přístroje - již provedeno
- výměnu tlačítkové sekce včetně tlačítka číslo 1.
- výměnu spodního a vrchního krytu ovládací části včetně dvířek vrchního krytu (kontrolboxu)
- výměnu světlovodného tubusu včetně připojovacích konektorů a flexiportů
- výměnu zaváděcího tubusu včetně ohebné části, mechanismu ovládání a světlovodných vláken - světlovodu
- výměnu světlovodných čoček - 2ks
- výměnu krytky distálního konce včetně krycí gumy na ohebné distální části

CENA NAVRHOVANÉ OPRAVY ČINÍ.....

161 733,00 Kč

CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 21%

195 696,00 Kč

UPOZORNĚNÍ SERVISU: Tekutina resp. vlhkost v přístroji má negativní vliv na technický stav, provozuschopnost a životnost endoskopu, který nelze specifikovat!

Přibližná doba opravy cca. 15 dnů od schválení cenového návrhu. Po ukončení opravy Vám bude zaslána faktura. Záruční doba na provedenou opravu je 6 měsíců ode dne převzetí opraveného přístroje a vztahuje se pouze na použitý materiál a vykonané práce. Vaše vyjádření zasílejte, prosím, na adresu, faxové číslo nebo e-mail uvedené v horní části cenového návrhu.

V zájmu urychlení opravy Vašeho přístroje Vás žádáme o schválení a odeslání cenového návrhu do 5-ti dnů aby Vaše zakázka mohla být řádně a včas vyřízena.

Požádat o zapůjčení náhradního přístroje lze po schválení cenového návrhu.

Pronájem přístroje se řídí zápujčnými podmínkami společnosti OLYMPUS Czech Group

CENOVÝ NÁVRH ZPRACOVAL :

SOUHLASÍM S PROVEDENÍM OPRAVY
PODPIS / RAZÍTKO

Olympus Czech Group, s.r.o.,
člen koncernu; Evropská 176/16
160 41 Praha 6 IČ: 27068641
tel.: 221 985 390, fax: 221 985 574
Servis

DNE: 9. říjen 2017

DNE: _____