

Název veřejné zakázky: **Dodávka 6 ks ventilátorů do Krajské zdravotní, a.s. - ČÁST 2: 3 ks ventilátorů pro oddělení ARO a chirurgické oddělení**

Druh zadávacího řízení: Otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1057/2017**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

(k části 2 Veřejné zakázky – 3 ks ventilátorů pro oddělení ARO a chirurgické oddělení Nemocnice Most, o.z.)

Zadavatel požaduje: „datové výstupy (zejména pro informační systém, přivolání sestry apod.), VGA, USB

Uchazeč nabízí přístroj s možností plné datové integrace do NIS s výstupy RS232 a USB. Toto řešení je na mnoha pracovištích po celé Evropě provozované a plně funkční. Požadavek na VGA většinou pochází z potřeby výuky. Bude zadavatel akceptovat přístroj umožňující plnou datovou integraci do NIS bez výstupu VGA?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení, stejně jako v odpovědi předchozího dodatečného dotazu.

Dotaz č. 2

(k části 2 Veřejné zakázky – 3 ks ventilátorů pro oddělení ARO a chirurgické oddělení Nemocnice Most, o.z.)

Zadavatel požaduje: „neinvazivní ventilace NIV ve všech dostupných režimech (SIMV, CPAP, PPS) s kompenzační netěsností a úniků“

Pod zkratkou PPS se standardně skrývá „Proporcionální tlaková ventilace“ a jedná se o velmi specifický a fyziologický podpůrný ventilační režim pro efektivní eliminaci dechové práce se separátním řízením podpory flow a objemu. Zároveň se občas tato zkratka vyskytuje i ve spojení s angl. „Positive Pressure Support“, v překladu podpůrná ventilace pozitivním tlakem. Uchazeč předpokládá, že uvažované rozšíření obou oddělení o nové technologie směřuje i k rozšíření terapeutického portfolia, tudíž uvedená zkratka popisuje mandatorní výbavu nabízených přístrojů weaningovým režimem proporcionální tlakové podpory. Je tento předpoklad správný?

Odpověď na dotaz č. 2

Předpoklad není správný. Pod zkratkou „PPS“ je míněna podpůrná ventilace pozitivním tlakem - „Positive Pressure Support“.

V Ústí nad Labem dne:

25 -10- 2017

06

KZ

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel