

AB plus CZ s.r.o.
Za Elektrárnou 419/1b
Praha 7
170 00

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení

v zadávacím řízení dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
(dále jen „ZVZ“). – zjednodušené podlimitní řízení

Název veřejné zakázky

2 ks myčky patientského nádobí

Zadavatel v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen hodnotící komise) a v souladu s § 76 odst. 6 ZVZ přijímá následující

rozhodnutí:

Zadavatel tímto vylučuje na základě níže uvedených zjištění z účasti v zadávacím řízení uchazeče

AB plus CZ s.r.o.
Za Elektrárnou 419/1b
Praha 7
170 00

Odůvodnění rozhodnutí:

Hodnotící komise v nabídce uchazeče nenalezla doklady prokazující, že uchazeč splňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci bod 3.1.

- ✓ U rekuperace, tj. zpětného získávání tepla, není uveden materiál rozvodů (požadována nerez a měď).
- ✓ Není uvedena délka neutrální aktivní zóny (požadovaná délka min. 500 mm).
- ✓ Chybí specifikace odstupu prstů pásu (požadován odstup prstů 108 mm).
- ✓ Chybí výpočet požadované kapacity myčky při dodržení 2 min. kontaktního času (požadováno 2 100 talířů za hodinu).

V souvislosti s výše uvedeným se komise rozhodla o vyřazení nabídky v souladu s § 76 odst. 1. zákona č. 137/2006 Sb.



Poučení o lhůtě pro podání námitek:

Proti tomuto rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení lze podat námitky. Námitky proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 10 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení dle § 110 odst. 4 ZVZ.

V Ústí nad Labem dne: **21-11-2013**

19

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
pověřen obchodním vedením společnosti



