



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

ČÁST 8: Monitory vč. centrální KAPIM

Dotaz č. 1

V technické specifikaci, část 8 „Monitory vč. centrální KAPIM“ je v požadavcích na technickou specifikaci parametrů uveden požadavek zadavatele:

- měření pulsní oxymetrie (SpO₂) se saturačním čidlem na prst technologií Masimo

Účastník dovozuje, že zadavatel požaduje vysloveně technologii výrobce Masimo, originální Masimo propojovací kabel a čidlo Masimo set na prst.

Je tento předpoklad účastníka správný?

Odpověď č. 1

Zadavatel požaduje řešení pulzní oxymetrie pomocí technologie Masimo, včetně originálního příslušenství od tohoto výrobce.

Dotaz č. 2

V technické specifikaci, část 8 „Monitory vč. centrální KAPIM“ technické specifikaci monitorů v části 21 „Anesteziologický přístroj“ je v požadavcích na technickou specifikaci patientských monitorů shodně uveden požadavek zadavatele:

- schopnost identifikaci pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky)
- připravenost celého přístroje na integraci do nemocničního informačního systému prostřednictvím protokolu HL7 včetně připravenosti pro vedení elektronického záznamu, shodné požadavky jsou i na další parametry jako detekce a vyhodnocení EKG atd.

Účastník dovozuje, že zadavatel tímto zněním zadávací dokumentace požaduje použitelnost modulů pro měření základních životních funkcí i speciálních modulů jakož i příslušenství v rámci celého rozsahu zde požadované monitorovací techniky specifikované v části 8 a 21 technické specifikace.

Je tento předpoklad účastníka správný?



Odpověď č. 2

Předpoklad účastníka je špatný. Zadavatel nepožaduje vzájemnou použitelnost zmiňovaných modulů a příslušenství u požadované monitorovací techniky v částech č.8 a 21 veřejné zakázky.

V Ústí nad Labem dne:

17 -01- 2018

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25438627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel

