

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

ČÁST 18: Automatický analyzátor

Dotaz č. 1

Prosíme o upřesnění 2 bodů z technické specifikace:

- Požadovaná vyšetření:
o Respiratory syncythial virus (RSV) IgM
o Adenovirus IgM

Dotaz:

U těchto 2 parametrů nabízíme variantní řešení ve třídě IgA, které mají z diagnostického hlediska stejnou výpovědní hodnotu. Bude akceptováno toto náhradní vyšetření Respiratory syncythial virus (RSV) IgA a Adenovirus IgA?

- Součástí dodávky musí být připojení do LIS, které si uchazeč musí zajistit prostřednictvím odboru IT zadavatele na své náklady

Dotaz:

S ohledem na charakter výsledků není připojení námi nabízeného analyzátoru do LIS standardním procesem. Bude akceptován obvyklý způsob vydávání výsledku formou přímého tisku?

Odpověď č. 1

Zadavatel akceptuje variantní řešení, a to vyšetření IgA u RSV i IgA u Adenovirů. Vzhledem k charakteru vyšetření a předpokládanému objemu vzorků zadavatel netrvá na připojení do LIS.

V souvislosti s výše uvedeným, **zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro část 18: Automatický analyzátor.** Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

17 -01- 2018



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25438627
DIČ: CZ 25438627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel