

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

ČÁST 3: Plazmový sterilizátor

Dotaz č. 1

V technické specifikaci VZ „Zvýšení kvality návazné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ pro část 3 Plazmový sterilizátor je uveden jako jeden z požadovaných parametrů

- využitelný objem komory min 120 l

Jako dodavatel dlouhodobě osvědčené sterilizační technologie se silnou pozicí na trhu Vás žádáme o vyjádření, zda bude zadavatel akceptovat sterilizátor s deklarovaným celkovým objemem komory 152 litrů s tím, že všichni významní výrobci vždy v technických parametrech uvádějí exaktně celkový objem komory, ze kterého je obvykle odečítáno cca 5 až 15 % jako v podstatě nevyužitelný prostor, např.: v případě vkládání hranatých sít do komory s oble zakončenými rohy. Využitelný objem je však nejvíce závislý na způsobu jeho využití za pomoci příslušenství.

Odpověď č. 1

Dle Vámi uvedených údajů o nevyužitelném objemu v rozmezí 5-15% z celkového objemu 152 litrů je stále splněn náš požadavek na využitelný objem min. 120 litrů.

Dotaz č. 2

V technické specifikaci VZ „Zvýšení kvality návazné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ pro část 3 Plazmový sterilizátor uvádíte následující požadované parametry

- využitelný objem komory min 120 l
- Deklarace kompatibility s nástroji robota daVinci

Pokládáme tedy tento dotaz:

Vzhledem ke specifickému způsobu ukládání některých komponent a instrumentária robotického systému da Vinci je nejmenší využitelný objem komory námi nabízeného plazmového sterilizátoru uváděn objem 93,4 litru. Celkový objem komory však přesahuje 150 litrů. Bude zadavatel akceptovat dodání plazmového sterilizátoru s celkovým objemem



komory vyšším než 150 litrů a nejmenším využitelným objemem komory pro systém da Vinci 93,4 litru?

Odpověď č. 2

Ano, zadavatel bude akceptovat dodání plasmového sterilizátoru s celkovým objemem komory vyšším než 150litrů a nejmenším využitelným objemem komory pro systém da Vinci 93,4litru.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v části 3: Plazmový sterilizátor. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Krajská zdravotní, a.s.
Oddělení řízení projektů a veřejných zakázek
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

V Ústí nad Labem dne:

.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek

18 -01- 2018

