

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

ČÁST 1: Endoskopická věž pro chirurgické oddělení

Dotaz č. 1

Kamerová hlava:

Požadavek:

Zajištění sterility – sterilizační box nebo s použitím sterilních návleků – balení min. 100 ks

Dotaz:

Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Chápeme správně, že zadavatel požaduje pro zajištění sterility 1 ks sterilizačního boxu pro každou dodanou kamerovou hlavu (3D a 2D zvlášť) nebo 100 ks sterilních jednorázových návleků pro každou dodanou kamerovou hlavu?

Odpověď č. 1

Zadavatel požaduje zajištění sterility buď sterilizací a tedy dodání sterilizačního boxu, nebo sterilním krytím a tedy dodání 100 ks návleků zvlášť pro 3D kamerovou hlavu a stejným způsobem zvlášť pro 2D kamerovou hlavu. Účastník si může zvolit u každé kamerové hlavy zvlášť, jakým způsobem bude zajištěna sterilita.

V Ústí nad Labem

22-01-2018

.....
Ing. Václav Štyvar

vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek