

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

ČÁST 16: Operační stoly

Dotaz č. 1

Vážená paní Chladová,

obracím se na Vás s doplňujícím dotazem ohledně veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

Dotaz se týká požadavku v technické specifikaci, verifikační tabulka, část 16 – operační stoly.

16.1. operační stůl – dětská chirurgie.

Zadavatel požaduje elektricky nastavitelný podélný posun operační desky v rozsahu min. 400 mm.

Dotaz: bude zadavatel akceptovat rozsah posunu 310 mm s tím, že dodavatel se zaručuje, že bude splněn požadovaný rozsah snímkování i při této délce posunu. Tedy možnost bez problémů snímkovat pánev, DK nebo pletence ramenní prostřednictvím C-ramena při traumatologické rekonstrukční operativě?

Odpověď č. 1

Zadavatel akceptuje variantní řešení, a to podélný posun 310 mm s tím, že dodavatel se zaručí, že bude splněn požadovaný rozsah snímkování i při této délce posunu. Tedy možnost bez problémů snímkovat pánev, DK nebo pletence ramenní prostřednictvím C-ramena při traumatologické rekonstrukční operativě.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro část 16: operační stoly. Nová lhůta pro podání nabídek bude uvedena na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

22 -01- 2018


.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek