

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

ČÁST 4: Ultrazvukové přístroje

Dotaz č. 1

Zasíláme dotazy k výše uvedené VZ.

4.1 Hrudní chirurgie

POŽADAVEK: LCD monitor s úhlopříčkou alespoň 19“, výškově nastavitelný, otočný, sklopný
Bude zadavatel akceptovat dodávku přístroje se 17“ monitorem, který plně vyhovuje požadavkům oddělení a medicínskému účelu? Velikost obrazové výšeče zůstává nezměněna a změna nemá vliv na kvalitu vyšetření.

4.2 Neurologie

POŽADUJÍ:

- plochý barevný monitor min. 19" s vysokou rozlišovací schopností, výškově a stranově stavitelný na nezávislém rameni
- porty pro připojení min. 4 sond
- sonda pro transkraniální doppler s možností vícenásobné fokusace s frekvenčním rozsahem cca. 2 - 5 MHz, sonda musí být typu single crystal

Bude zadavatel akceptovat dodávku přístroje se 17“ monitorem, který plně vyhovuje požadavkům oddělení a medicínskému účelu. Velikost obrazové výšeče zůstává nezměněna a změna nemá vliv na kvalitu vyšetření. Stejný přístroj je instalována neurologickém oddělení nemocnice Most a plně vyhovuje všem potřebám tohoto oddělení.

Bude zadavatel akceptovat přístroj se třemi sondovými konektory, když jsou požadovány pouze 3 sondy?

Bude zadavatel akceptovat sondu pro transkraniální doppler s možností vícenásobné fokusace s frekvenčním rozsahem cca. 2 - 5 MHz, která je vyrobena obdobnou technologií typu lepených vrstev splňující stejný medicínský účel?

4.3 Gastro

POŽADUJÍ

- Dosažitelná obrazová frekvence min. 900 snímků za sekundu
- Spektrální doppler pulzní PW s vysokou opakovací frekvencí HPRF umožňující snímat rychlosti - 7,65 m/s až + 7,65 m/s

Bude zadavatel akceptovat dodávku přístroje s následujícími parametry, který byl vyzkoušen na oddělení a plně vyhovuje požadavkům personálu a medicínskému účelu?

Bude zadavatel akceptovat přístroj s dosažitelnou obrazovou frekvencí 405 sn/s

Bude zadavatel akceptovat přístroj se Spektrální doppler pulzní PW s vysokou opakovací frekvencí HPRF umožňující snímat rychlosti PW/HPRFv rozsahu +/-1,25 cm/s až +/-401.04 cm/s?

4.4 Ortopedie

POŽADUJÍ:

- Plochý LED monitor s úhlopříčkou alespoň 55 cm (21,3“), výškově nastavitelný, otočný, sklopný, upevněný na stavitelném rameni
- bezdrátová komunikace se sítí PACS

Bude zadavatel akceptovat dodávku přístroje se 17“ monitorem, který byl vyzkoušen na oddělení a dle vyjádření obsluhujících lékařů plně vyhovuje požadavkům personálu a medicínskému účelu?

Velikost obrazové výseče zůstává nezměněna a změna nemá vliv na kvalitu vyšetření.

Bude zadavatel akceptovat přístroj s drátovým připojením do PACS?

Odpověď č.1

Zadavatel obdržel dne 23. 1. 2018 výše uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Dle § 98 odst. 3 ZZVZ zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, neboť žádost o vysvětlení účastníka nebyla doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle § 98 odst. 1 ZZVZ.

V Ústí nad Labem

24 -01- 2018


.....
Ing. Václav Štyvar

vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek