



Název veřejné zakázky: **Operační stůl pro infekční oddělení,
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**
Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1097/2017**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel v Příloze č. 3 Technická specifikace a Verifikační tabulka požaduje splnění technického parametru: „náklon zádové části min. 90°“. Uchazeč nabízí operační stůl, kde je náklon zádové části +80°, -40°. Zadavatel uvádí toleranční rozsah ±10%. Při kalkulaci povolené tolerance -10% je to +81°. Uchazeč se domnívá, že vzniklá odchylka od požadavku zadavatele 1°, je klinicky nevýznamná a nemá žádný negativní vliv na medicínský účel, za kterým je tento zdravotnický prostředek pořizován.

Umožní zadavatel uchazeči nabídnout operační stůl s náklonem zádové části +80°, -40° ?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel umožní účastníkům nabídnout předmět plnění s náklonem zádové části +80°, -40° s ohledem na minimální odchylku původního požadavku zadávací dokumentace. Zároveň v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 uveřejní revidovanou verzi přílohy č. 3 technická specifikace.

Dotaz č. 2

Zadavatel v Příloze č. 3 Technická specifikace a Verifikační tabulka požaduje splnění technického parametru: „s elektrickým polohováním minimálně: nahoru/dolů, Trendelenburg/antiTrendelenburg, laterální náklony, zádová sekce“. Uchazeč nabízí operační stůl s polohováním dle požadavku zadavatele (nahoru/dolů, Trendelenburg/antiTrendelenburg, laterální náklony, zádová sekce). V tomto požadavku zadavatel uvádí: „s elektrickým polohováním“. Nabízíme mobilní operační stůl elektrohydraulický.

Splní uchazeč tímto systémem polohování požadavek zadavatele?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel umožní účastníkům nabídnout předmět plnění s hydraulickým i elektrickým polohováním.



Dotaz č. 3

Zadavatel v Příloze č. 3 Technická specifikace a Verifikační tabulka požaduje splnění technického parametru – příslušenství: „Součástí zakázky je demontáž a likvidace stávajícího operačního stolu a úprava pracoviště pro řádný provoz nového stolu“.

Uchazeč žádá zadavatele, zda by mohl upřesnit, zda se jedná o demontáž a likvidaci operačního stolu tzv. mobilního, nebo operačního stolu s pevně zabudovanou nohou do podlahy operačního sálu a zda by mohl zadavatel definovat svůj požadavek na následnou úpravu pracoviště pro řádný provoz nového stolu.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel upřesňuje, že se jedná demontáž a likvidaci mobilního stolu, který není zabudován do podlahy. Po demontáži stolu nepředpokládáme potřebu dalších prací.

Vzhledem k výše uvedenému uveřejní zadavatel na svém profilu revidovanou verzi přílohy č. 3 technická specifikace.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: **26-01-2018**

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel