

Název veřejné zakázky: **EKG přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 1164/2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

ČÁST 1: EKG přístroj pro urgentní příjem, EKG přístroj pro ARO oddělení, EKG přístroj pro infekční oddělení - 5ks

Dotaz č. 1

1. Zadavatel v technické specifikaci část č. 1 **EKG přístroj pro urgentní příjem, EKG přístroj pro ARO oddělení, EKG přístroj pro infekční oddělení - 5ks** požaduje splnění parametru: **obrazovka min. 8,4"**. Uchazeč nabízí EKG s velikostí obrazovky 8". Uchazeč má za to, že tato klinicky nevýznamná odchylka nemá vliv na medicínský účel, za kterým je tento ZP pořizován. Umožní zadavatel nabídnout uchazeči EKG s obrazovkou o velikosti 8"?

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na technické specifikaci.

Dotaz č. 2

2. Zadavatel v technické Specifikaci část č. 1 **EKG přístroj pro urgentní příjem, EKG přístroj pro ARO oddělení, EKG přístroj pro infekční oddělení- 5ks** požaduje splnění parametru: **Tisk na termoaktivní skládaný papír formátu A4 s perforací po každé straně, bez perforace na velikost A5**. Uchazeč nabízí EKG stiskem na termoaktivní perforovaný papír formátu A4 a formát US Letter 8,5 x 11 palců (215 mm × 280 mm). Umožní zadavatel nabídnout EKG s těmito formáty tisku bez tisku na formát A5?

Odpověď č. 2

Zadavatel trvá na technické specifikaci.

Dotaz č. 3

3. Zadavatel v technické specifikaci část č. 1 **EKG přístroj pro urgentní příjem, EKG přístroj pro ARO oddělení, EKG přístroj pro infekční oddělení- 5ks** požaduje splnění parametru: **Filtry: svalového třesu 35/25**. Uchazeč nabízí filtr svalového třesu 35/20 Hz. Uchazeč má za to, že tato klinicky nevýznamná odchylka nemá negativní vliv na medicínský účel, za kterým je tento ZP

pořizován. Umožní zadavatel nabídnout uchazeči EKG s filtrem svalového třesu 35/20 Hz?

Odpověď č. 3

Zadavatel trvá na technické specifikaci.

ČÁST 2: EKG přístroj pro interní oddělení

Dotaz č. 1

1. Zadavatel v technické specifikaci část č. 2 **EKG přístroj pro interní oddělení** požaduje splnění parametru: **Monochromatický LCD displej**. Uchazeč nabízí EKG s displejem kvalitativně vyšším - barevný, úhlopříčka 8 palců, TFT LCD s podsvícením LED diodami s rozlišením 800x400. Dle uchazeče a jeho klinických a praktických zkušeností je tento displej pro obsluhu kvalitnější s lepší orientací při odečtu zobrazovaných křivek a parametrů a tento typ displeje nemá žádný negativní vliv na medicínský účel, za kterým je tento ZP pořizován. Umožní zadavatel uchazeči nabídnout EKG s barevným displejem 8" (20,32 cm)?"

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na technické specifikaci.

ČÁST 3: EKG přístroj pro dětské oddělení

Dotaz č. 1

1. Zadavatel v technické specifikaci část č. 3 **EKG přístroj pro dětské oddělení** požaduje splnění parametru: Filtry: svalového třesu 35/25. Uchazeč nabízí filtr Svalového třesu 35/20 HZ. Uchazeč má za to, že tato klinicky nevýznamná odchylka nemá negativní vliv na medicínský účel, za kterým je tento ZP pořizován. Umožní zadavatel nabídnout uchazeči EKG s filtrem svalového třesu 35/20 Hz?

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na technické specifikaci.

Dotaz č. 2

2. Zadavatel v technické specifikaci část č. 3 **EKG přístroj pro dětské oddělení** požaduje splnění parametru: Příslušenství: Gumový pás k EKG pro novorozence - nemusí být validován, Dětská plochá elektroda pro pás - nemusí být validovány. Uchazeč nabízí EKG se standardním příslušenstvím pro novorozence, bez nutnosti používat gumový pás s plochou elektrodou pro pás. Toto standardní příslušenství zajišťuje v plném rozsahu provádění monitorování EKG u novorozenců a nemá žádný negativní vliv na medicínský účel, za kterým je tento ZP pořizován. Umožní zadavatel uchazeči nabídnout EKG bez příslušenství (gumový pás s plochou elektrodou)?

Odpověď č. 2

Zadavatel trvá na technické specifikaci.

V Ústí nad Labem dne:

16-02-2018

06
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel