

Název veřejné zakázky: **Pojízdný skiaskopický přístroj s C-ramenem pro oddělení urgentního příjmu, Nemocnice Teplice, o.z.**

Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1136/2018**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č.1

Zadavatel požaduje v technické specifikaci:

- flat detektor o velikosti pole (FOV) min. 20x20 cm
- Matrice detektoru min. 1500 x 1500 pixelů

Flat detektor o velikosti pole min. 20x20 cm má matici detektoru o velikosti cca 1000 x 1000 pixelů. Požaduje zadavatel flat detektor s velikostí min. 20x20 cm s maticí detektoru min. 1000 x 1000 pixelů, nebo flat detektor s velikostí min. 30 x 30 cm, který splní matici min. 1500 x 1500 pixelů?

Odpověď:

Zadavatel stanovuje požadavky u těchto parametrů, jako minimální viz Příloha č. 3 Technická specifikace:

- flat detektor o velikosti pole (FOV) **min.** 20x20 cm
- Matrice detektoru **min.** 1500 x 1500 pixelů

což znamená, že dodavatel může nabídnout přístroj, který uvedené hodnoty překračuje, musí však splňovat požadované minimální hodnoty.

Zadavatel trvá na podmínkách stanovených zadávací dokumentací.

V Ústí nad Labem dne:

21-03-2018

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel