



Krajská zdravotní, a.s.
Pan Zbyněk Tichý
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Váš dopis ze dne / ČJ

Naše značka
Bu140116_01

Vyřizuje/linka
Bubnová / 377 590 444

V Plzni
16.1.2014

Věc: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Vážený pane Tichý,

v souvislosti s veřejnou zakázkou „Monitorovací systémy pro Nemocnici Most“ Vás žádáme o zaslání dodatečných informací.

3.1.2. Část B – monitorovací systém pro JIP chirurgického oddělení nemocnice Most

1. Ve specifikaci požadavků na monitorovací techniku v odstavci s názvem „Navíc pro 6 monitorů“ je požadován záložní akumulátor. Jako standardní součást monitoru je dodáván akumulátor s garantovanou dobou provozu monitoru min. na 4 hodiny. Po připojení monitoru k elektrické síti je trvale akumulátor monitoru udržován v plné kapacitě nabití. Požadavek zadavatele na provoz monitoru ze zabudovaných akumulátorů je min. 2hodiny. **Trvá zadavatel na dodání 6ks záložních akumulátorů?**
2. Ve specifikaci požadavků na monitorovací techniku v odstavci s názvem „Příslušenství v dodávce“ je požadována nabíječka pro akumulátory. Po připojení na síť jsou akumulátory v monitorech standardně dobíjené a udržované v plné kapacitě jak při běžném provozu monitoru, v pohotovostním stavu monitoru STANDBY, tak i při vypnutém stavu monitoru. Není potřeba dobíjet akumulátory mimo vlastní monitor. **Trvá zadavatel na dodání samostatné nabíječky akumulátorů?**

Děkujeme, s pozdravem.

Ing. Jindřich Petřík, MBA,
předseda představenstva
CHEIRÓN a.s.

CHEIRÓN a.s.
Sídlo: Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6
Provozovna: Blatenská 1073/27a, 326 00 Píseň
Tel.: 377 590 411, Fax: 377 590 435
IČ: 27094987, DIČ: CZ27094987

