

Zadavatel:

Krajská zdravotní , a.s.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Osoba oprávněna jednat jménem zadavatele ve věcech technických

Ing. Petr Fiala

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

V Praze dne 21. ledna 2014

Věc: Žádost o poskytnutí dodatečné informace

k zadávacím podmínkám dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce „ Monitorovací systém pro nemocnici Most“

Žádáme tímto o poskytnutí dodatečné informace k Specifikaci požadavků na monitorovací techniku části veřejné zakázky č. 3.1.1. Monitor pro superspecializovanou péči v neonatologii- 2ks, Monitor pro superspecializovanou péči v neonatologii- jednodušší verze 3ks a Monitor pro intenzivní péči- v nejzákladnější verzi- 13 kusů uvedených v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 1

Zadavatel ve výše uvedených částech ZD uvádí požadavek

"Kontinuální neinvazivní měření TK (měření jako součást vybavy monitoru vit. funkcí)"

Dle uchazeče je takto definované zadání diskriminační (zvýhodňující jednoho výrobce) a je v rozporu s § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč se domnívá, že stejného medicínského účelu lze dosáhnout dvouhadicovým měřením oscilometrickou metodou.

Bude zadavatel považovat za splnění výše uvedeného parametru ZD nabídku zařízení, které měří neinvazivní tlak oscilometrickou metodou dvouhadicovým systémem místo kontinuálním neinvazivním měřením TK?

Dotaz č. 2

Zadavatel ve výše uvedených částech ZD uvádí požadavek

"Propojením s externím zařízením (inkubátory, výhřevná lůžka, ventilátory- 90% vybavení od firmy Dräger)- včetně zaznamenávání trendů přenášených veličin"

Dle uchazeče je takto definované zadání diskriminační (zvýhodňující jednoho výrobce) a je v rozporu s § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč se domnívá, že vedené funkce nemají medicínského opodstatnění, a že by je zadavatel měl ze ZD vypustit.

Pokud zadavatel lpí na splnění výše uvedeného požadavku ZD, pak uchazeč žádá přesnou specifikaci zařízení (inkubátor, výhřevné lůžko, ventilátor), která se budou připojovat ke každému jednotlivému monitoru, tj.:

- ☐ typ zařízení
- ☐ výrobní číslo

- ☐ SW verzi
- ☐ vybavení komunikačním rozhraním
- ☐

Bez těchto údajů nemůže žádný dodavatel definované propojení realizovat.
Děkujeme předem za Vaše vyjádření



Ing. Milan Šamánek
Jednatel společnosti