

**Objednávka 6600024550**

Datum objednávky 29.03.2018

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Děčín, o. z.

U Nemocnice 1

405 99 Děčín II

**Endosystems s.r.o.**

**Rybná 716/24**

**110 00 Praha 1, Staré Město**

Vaše číslo dodavatele u nás

1014699

Termín dodávky: **29.03.2018**

**Fakturujte se splatností 60 dnů!**

**Měna CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
------	--------------------------	----------------------	------------------	---------

00010	1	Kus	Video Kolonoskop - GIF Q145	
-------	---	-----	-----------------------------	--

Objednáváme opravu Video Kolonoskopu - GIF Q145 dle zaslaného CN opravy č.E014/2018.

[REDACTED]

**Schválil:.**

[REDACTED]

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). **Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.**

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, **nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena.** Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED] Bankovní spojení: ČSOB, a.s., [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

**EndoSystems CZ**, člen skupiny BillMed Group, s.r.o.

vedená u Městského soudu v Praze, Sp.značka C 255755,

Sídlo : [redacted]

## Cenový návrh opravy

Zakázka číslo: E014/2018

Datum objednávky/převzetí:

Zákazník: **Krajská zdravotní, a. s.**

Nemocnice Děčín, o. z.

oddělení: Gastroenterologie

Adresa: U Nemocnice 604/1

Adresa: 405 99 Děčín II

Kontaktní osoba:

jméno: [redacted]

telefon: [redacted]

fax:

email: [redacted]

Přístroj: Video Kolonoskop

Výrobce: Olympus

Typ: GIF Q 145

Výr.č.: 2516596

Druh opravy: *pozáruční*

Uvedené / hlášené závady:

*Absence barev v přenášeném obraze*

### Stav přístroje:

Předmět kontroly/ Zjištěné závady:

Při napojení přístroje na videoprocessor a zdroj světla chybí barvy v přenášeném obraze.

Závada způsobena vadou na video čipu systému instalovaném na distálním konci zaváděcího tubusu.

Oprava možná pouze výměnou video-čipu za nový.

Tato oprava zahrnuje a vyžaduje kompletní demontáž a zpětnou montáž celého přístroje, všech hlavních součástí.

Deinstalaci systému distálního konce, odpojení a vyjmutí poškozeného CCD čipu od el.vedení a napojení nového. Zpětné napojení nového čipu GIF Q145 na el.vedení, zalepení, zpětná montáž. Výměna krytky distálního konce (Bending rubber replacement).

Nastavení a seřízení angulace - náklonu pracovních úhlů distálního konce (Angulation adjustment).

Překonektorování el.konektoru - výměna pinů konektoru(El.connector/pin replacement).

Plná kontrola funkčnosti přístroje. Tlaková zkouška těsnosti přístroje proti úniku vzduchu.

Výměnou CCD chipu bude přístroj s ohledem na jeho celkový stav ve stavu a kondici nového přístroje.

Celková částka opravy v Kč :

**127 000,00**

Platnost cenové nabídky opravy přístroje je 30dní od vystavení.

Veškeré použité náhradní díly jsou zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č.268/2014 Sb.

Na provedenou opravu a poskytnuté náhradní díly poskytujeme záruku v délce trvání 12-ti měsíců od převzetí a odzkoušení funkčnosti přístroje zákazníkem !

Návrh vypracoval: [redacted]

Návrh převzal:

Podpis/Datum 5.3.2018

Podpis/Datum

From: servis@endosystems.cz [mailto:servis@endosystems.cz]  
Sent: Thursday, March 29, 2018 5:33 PM  
To: [REDACTED]  
Subject: Re: obj. oprava

Dobrý den pane [REDACTED]

Potvrzuji tímto přijetí Vaší objednávky.

S pozdravem

---

[REDACTED]  
[REDACTED] Director

---

■ ■ ■ ENDOSYSTEMS  
SERVIS REPAIR REWIRE

Jankovcova 1569/2c, Prague 7, Czech Republic

[REDACTED]  
[REDACTED]

On 2018-03-29 12:38, [REDACTED]

Dobrý den,

v příloze posílám objednávku na oprav Video Kolonoskopu.

[REDACTED]  
[REDACTED]

Děkuji a přeji hezký den.

[REDACTED]

mechanik zdravotní techniky

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Děčín,o.z.

tel: [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]