

Název veřejné zakázky: **Mobilní skiagrafický přístroj pro oddělení urgentního příjmu, Nemocnice Teplice, o.z.**

Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1135/201**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci pojízdného RTG přístroje požaduje zadavatel mimo jiné parametr:

DICOM Query/Retrieve

Technický parametr Query/Retrieve není pro skiagrafická vyšetření na pojízdných, ani na stacionárních zařízeních nutností, protože primárně slouží k možnosti upravování již odeslaného snímku, či série snímků do PACSu. Jednotlivé snímky vytvořené na modalitě typu mobilního RTG jsou svou datovou náročností mnohonásobně menší než u modalit typu CT a MRI. Pokud obsluha mobilního RTG potřebuje upravit snímek, je toto možné v akviziční stanici a snímek odeslat do PACSu znovu. Dodavatel se domnívá, že tento parametr má opodstatnění především u CT a MRI.

Námi nabízený přístroj poskytuje všechny ostatní komunikace a propojení se systémy PACS/NIS

- DICOM Export/Storage
- DICOM Print
- DICOM Media
- DICOM Modality Worklist
- DICOM MPPS
- DICOM RDSR
- Přenos snímků do systému PACS prostřednictvím Wi-Fi i LAN

Bude zadavatel akceptovat pojízdný RTG přístroj splňující všechny požadované parametry, avšak bez technického parametru DICOM Query/Retrieve?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel **nepožaduje** splnění technického parametru: DICOM Query/Retrieve uvedeného v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

Vzhledem ke korekci zadávacích podmínek zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek bude uveřejněna na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

4 - -04- 2018

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel