

Název veřejné zakázky: **Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Druh zadávacího řízení: Nadlimitní otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 1125/2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

ČÁST 1: Ultrazvukový přístroj pro celotělové zobrazení pro urgentní příjem

- Zadavatel požaduje 21“ monitor.

Dotaz č. 1

Může uchazeč nabídnout monitor 19“ ovšem s poměrem stran 4:3 oproti 21“ 16:9?

Ačkoli se jedná o menší úhlopříčku, díky jinému poměru stran je diagnostická výšeč (o kterou se v prvé řadě jedná) větší než u vámi požadovaného monitoru.

Bude zadavatel akceptovat 19“ plochý monitor s vysokým rozlišením s poměrem stran 4:3?

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na technické specifikaci.

- Zadavatel požaduje 4 aktivní porty pro připojení 2D zobrazovacích sond ačkoli dále ve specifikaci požaduje pouze 3 sondy. Tento parametr nemá žádný jiný přínos pro kvalitu přístroje v žádném ze zobrazovacích módů ani při práci s přístrojem jako takovým. 4. nevyužitý konektor tedy považujeme za zbytečný.

Dotaz č. 2

Bude zadavatel akceptovat přístroj se 3 aktivními porty pro připojení sond?

Odpověď č. 2

Zadavatel trvá na technické specifikaci.

ČÁST 2: Ultrazvukový přístroj pro gynekologické oddělení

- Zadavatel požaduje 4 aktivní porty pro připojení 2D zobrazovacích sond, ačkoli dále ve specifikaci požaduje pouze 2 sondy s teoretickým doplněním o další 1 3D sondu. Tento

parametr nemá žádný jiný přínos pro kvalitu přístroje v žádném ze zobrazovacích módů ani při práci s přístrojem jako takovým. 4. nevyužitý konektor tedy považujeme za zbytečný.

Dotaz č. 1

Bude zadavatel akceptovat přístroj se 3 aktivními porty pro připojení sond?

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na technické specifikaci.

ČÁST 4: Přenosný ultrazvukový přístroj pro gynekologické oddělení

- Zadavatel požaduje Doppler CW

Dotaz č. 1

Opravdu zadavatel bude požadovat kontinuálního Dopplera využitelného v kardiologii, nikoli však v gynekologii? Tento režim je také většinou spjatý se sektorovými sondami, které v tomto případě nejsou požadovány.

Bude zadavatel akceptovat pouze PW Dopplera s absencí CW Dopplera?


Odpověď č. 1

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u části 4 – Přenosný ultrazvukový přístroj Nová lhůta pro podání nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 05 -04- 2018

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad LabemIČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627
Ing. Petr Fiala
generální ředitel

2007-2017

