



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - II. - ČÁST 1: CBCT - ConeBeamCT**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 1209/2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

ČÁST 1: CBCT - ConeBeamCT

Dotaz č. 1


Dobrý den, v příloze 4. - verifikační tabulce, je uveden požadavek na záložní zdroj UPS. Vztahuje se tento požadavek na rtg, nebo akviziční stanici, nebo na celý komplet? Děkuji.

Odpověď:

UPS záložní zdroje se vztahuje na akviziční stanici.

V Ústí nad Labem dne:

18 -04- 2018



.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí samostatného
oddělení veřejných zakázek