

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a. s.

se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

IČO: 254 88 627

Veřejná zakázka:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center v KZ“

ČÁST 1 VZ – „(UL) ANGIOGRAFICKÁ LINKA S FLAT DETEKTOREM“

Evidenční číslo VZ: 344348

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“)

1. Název veřejné zakázky

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center v KZ“ - **ČÁST 1 VZ – „(UL) ANGIOGRAFICKÁ LINKA S FLAT DETEKTOREM“**, uveřejněná v Informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 344348 (dále jen „veřejná zakázka“)

2. Identifikační údaje o zadavateli

Název zadavatele:	Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo zadavatele:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČ:	254 88 627
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Petr Fiala, pověřená osoba vedením společnosti

3. Předmět veřejné zakázky a zvolený druh zadávacího řízení

Předmětem veřejné zakázky č. 1-36 je dodávka zdravotnické technologie vč. odpovídajícího příslušenství uvedené v části 2 Zadávací dokumentace, a to včetně montáže, uvedení dodaného zařízení do provozu, instalace, odpovídající dokumentace a protokolárního výškolení obsluhy a pověřeného technického pracovníka odboru biomedicínského inženýrství s cílem vybavení jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového-charakteru. Součástí je dále poskytování záručního servisu a závazek, poskytovat za úplaty pozáruční servis. Pozáruční servis je hrazen plně z prostředků zadavatele a za tímto účelem bude uzavřena samostatná smlouva.

Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 zákona, a to ve struktuře uvedené v zadávací dokumentaci.

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

4. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Poř. číslo nabídky	Identifikační údaje uchazeče dle § 17 písm. d)	Nabídková cena v Kč vč. DPH
L1	Siemens, s.r.o., Sektor Healthcare, Siemensova 1, 155 00 Praha 13, IČ: 00268577	15 603 894,00
L2	AUDIOSCAN, spol. s.r.o., Oldřichova 107/50, 128 00 Praha 2, IČ: 40615421	16 927 900,00

5. Vyloučení z účasti v zadávacím řízení, včetně uvedení důvodu

- 5.1 Identifikační údaje uchazečů, kteří byli vyloučeni v souladu s § 60 odst. 1 ZVZ z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel při své činnosti nevyloučil žádného z uchazečů v tomto zadávacím řízení.

- 5.2 Identifikační údaje uchazečů, kteří byli vyloučeni v souladu s § 76 odst. 6 ZVZ z další účasti v zadávacím řízení.

Pořadové číslo nabídky a identifikační údaje uchazeče dle § 17 písm. d)	Důvod vyloučení nabídky
L2 AUDIOSCAN, spol. s.r.o., Oldřichova 107/50, 128 00 Praha 2, IČ: 40615421	V části 2 Zadávací dokumentace v bodě 1.1.1. je uveden následující požadavek zadavatele: <i>„Požadované minimální motorizované projekce pro oblast hlavy: rotace RAO/LAO + 120/120°, angulace CRAN/CAUD + 45/45°, pro vyšetření těla: rotace RAO/LAO + 45/45°, angulace CRAN/CAUD + 120/120°“</i> Z nabídky není zřejmé, zda obsahuje požadovaný parametr kraniální a kaudální projekce. Dále v části 2 Zadávací dokumentace v bodě 2. (s názvem „Příslušenství“) jsou uvedeny následující požadavky zadavatele: <i>„2.1 Ochranné pomůcky:</i> • Štít z Pb skla se stropním zavěšením • Ochranný štít - pásy z Pb gumy s uchycením ke stolu • vykrývací pomůcky pro DSA končetin, • bizmutová ochrana oční čočky, štítné žlázy, gonád, prsních žláz dospělého i dětského pacienta <i>2.2 Operační světlo na stropním závěsu s intenzitou světla min. 130 000 lux</i> <i>2.3 Dorozumívací obousměrné akustické zařízení (intercom) mezi vyšetřovnou a ovládnou</i> <i>2.4 Injektor se stropním zavěšením</i> <i>2.5 Záložní zdroj (UPS): doba zálohovací funkce minim. 3 min., v případě výpadku sítě zajistí další možnost pohybu C ramene a</i>

funkčnost obrazového počítače

2.6 *Monitoring vitálních funkcí:*

2.6.1 *monitorované parametry: EKG/Resp., SpO2, NIBP, IBP a Teplota*

2.6.2 *modulární koncepce – transportní modul umístěn ve vyšetřovně*

2.6.3 *primární zobrazení a ovládání monitoru dotykovým displejem z ovladovny s možností tisku dat na standardní tiskárně*

2.6.4 *sekundární zobrazení a ovládání na vyšetřovně (viz monitor výše uvedený)*

2.6.5 *alarmy vitálních funkcí“*

Z nabídky není zřejmé, zda požadavek ochranné pomůcky obsahuje požadavek zadavatele na štít z Pb skla se stropním zavěšením, ochranný štít – pásy z Pb gumy s uchycením ke stolu, vykrývací pomůcky pro DSA končetin a dále bizmutová ochrana oční čočky, štítné žlázy, gonád, prsních žláz dospělého i dětského pacienta.

Komise žádala o:

- písemné vysvětlení, kde se ve Vaší nabídce nachází požadavek zadavatele uvedený v bodě 1.1.1. Zadávací dokumentace („Požadované minimální motorizované projekce pro oblast hlavy: rotace RAO/LAO + 120/120°, angulace CRAN/CAUD + 45/45°, pro vyšetření těla: rotace RAO/LAO + 45/45°, angulace CRAN/CAUD + 120/120°“) a dále o
- písemné vysvětlení, zda Vámi uvedené ochranné pomůcky obsahují požadavky zadavatele uvedené v bodě 2. Zadávací dokumentace (s názvem: „Příslušenství“)

Doručení písemného vysvětlení nabídky bylo komisí stanoveno ve lhůtě tří (3) pracovních dnů ode dne doručení žádosti o písemné vysvětlení nabídky. Na základě telefonního rozhovoru ze dne 16. 12. 2013 s pracovníkem společnosti tohoto uchazeče bylo oznámeno, že se uchazeč nebude k žádosti o písemné vysvětlení dále vyjadřovat.

Z důvodu, že písemné vysvětlení nabídky nebylo doručeno řádně a včas, hodnotící komise jednomyslně došla k závěru, že nabídka tohoto uchazeče nesplňuje požadavky zadavatele v požadovaném rozsahu a při své činnosti vyřadila nabídku v souladu s § 76 odst. 3 ZVZ z dalšího procesu posouzení a hodnocení nabídek v této části veřejné zakázky.

V návaznosti na to, že hodnotící komise vyřadila nabídku tohoto uchazeče, rozhodl zadavatel v souladu s § 76 ZVZ odst. 6 ZVZ vyloučit nabídku tohoto uchazeče z účasti v zadávacím řízení pro tuto část veřejné zakázky.

6. Důvod zrušení této části zadávacího řízení

Vzhledem k tomu, že v této části veřejné zakázky po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze 1 nabídka, zadavatel je povinen zadávací řízení k této části bez zbytečného odkladu zrušit, a to s odkazem na § 84 odst. 1 písm. e) ZVZ.

V Ústí nad Labem dne

- 3 -02- 2014



02
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Krajská zdravotní, a. s.

Ing. Petr Fiala
pověřená osoba vedením společnosti