

Název veřejné zakázky: **Dodávky vitálních monitorů pro Krajskou zdravotní, a.s. část 3 – monitorovací centrála a 6ks monitorů, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1207/2017**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č.1:

V části „část 3 – monitorovací centrála a 6 ks monitorů, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“, přílohy č. 3 Technické specifikace předmětu zakázky, je stanoven požadavek:

Centrální monitorovací stanice:

- Barevný monitor, úhlopříčka displeje minimálně 42"

Opravdu zadavatel požaduje zobrazovací monitor 42"? Uchazeč se dotazuje, zda se nejedná o překlep, jelikož standardní rozměry zobrazovacího monitoru bývají zhruba 24"? Uchazeč na tuto skutečnost upozorňuje, aby zadavatel měl dost místa pro instalaci tak velkého zobrazovacího monitoru a stůl (jelikož nepožaduje upevnění na zdi/stropu) v místnosti instalace centrálního monitorovacího systému.

Odpověď:

Zadavatel odkazuje tazatele na vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, které uveřejnil na svém profilu dne 28. 05. 2018 a kde potvrzuje svůj požadavek na tento parametr

Krajská zdravotní, a.s.
Oddělení řízení projektů a veřejných zakázek
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

V Ústí nad Labem dne:

.....
Ing. Václav Štyvar
Samostatné oddělení veřejných zakázek

11-06-2018