

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii
- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - ČÁST 19:
Infuzní pumpa**

Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1272/2018**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz

Z přílohy č. 2 – Technická specifikace vyplývá, že zadavatel v části 19 požaduje: u infuzní pumpy „Použití s běžnými infuzními sety od různých výrobců“.

Bude zadavatel akceptovat použití širokého portfolia bezpečnostních infuzních setů výrobce infuzní pumpy, včetně setů pro běžnou infuzi, transfuzi a fotocitlivé látky? Každá pumpa, ve které se použijí nededikované sety, se musí zvlášť nakalibrovat, u dedikovaných setů jsou pumpy již nakalibrovány od výrobce na maximální přesnost podávání infuze. Použití nededikovaných setů s sebou přináší mnoho nevýhod a nepřesného podání infuze pacientovi, což při použití u uvedených léků - převážně u epidurální analgezie, adrenalinu a noradrenalinu může mít velký vliv na úspěšnost léčby. Kvůli použití méně kvalitního materiálu dochází k nepřesnosti monitorování okluzního tlaku, dále tyto sety kladou na zdravotnický personál vyšší nároky na jeho čas, jelikož je potřeba nededikovaný set posouvat v pumpě kvůli jeho postupné deformaci již např. po každých 8 hodinách (u dedikovaných setů není toto posouvání vůbec potřeba, dedikované sety mají stálost přesnosti až po 72 hodin). Nededikované sety od pumpy k pacientovi neposkytují dostatečnou délku a je tedy zapotřebí k nim dokupovat prodlužovací hadičky, čímž se zadavateli použití těchto setů dále prodražuje. Dedikované sety jsou navíc vhodné pro použití i u viskózních látek a zajišťují využití bez kapkového senzoru. Z důvodu garance přesnosti podávání je výhodnější použití dedikovaných setů, jelikož při použití univerzálních setů dalšího výrobce není možné garantovat požadovanou přesnost. Bude zadavatel z výše uvedených důvodů akceptovat přístroj, který umožňuje použití široké nabídky dedikovaných setů pro běžnou infuzi, bezpečnostní sety..), u nichž výrobce garantuje využití tohoto typu setů na 72 hodin?

Odpověď

Zadavatel trvá na podmínkách daných zadávací dokumentací a jejími přílohami.

V Ústí nad Labem dne: 04 -07- 2018



Ing. Václav Štyvar

Samostatné oddělení veřejných zakázek