

**Objednávka 5600045616**

Datum objednávky **28.06.2018**

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

Mail: s [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Teplice, o. z.

Duchcovská 53

415 29 Teplice

**OLYMPUS Czech Group, s.r.o.**  
**člen koncernu**  
**Evropská 176/16**  
**160 41 Praha 6**

Vaše číslo dodavatele u nás  
 1000052

Termín dodávky: **20.07.2018**

**Fakturujte se splatností 60 dnů!**

**Měna CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus oprava ZT	135.520,00	135.520,00
Duodenovideoskop TJF-160VR výr.č.2802330 (netěstnost pod ovládacími knoflíky)				
Pro odd.interna gastro v.s. [REDACTED]				

Celk.hodn. s DPH CZK , 135.520,00

**Schválil:.....**

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). **Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.**

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, **nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena.** Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED] Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

ZÁKAZNÍK

Krajská zdravotní, a.s.  
Nemocnice Teplice, o.z. - [REDACTED]  
Oddělení zdravotnické techniky  
Duchcovská 53  
.....  
415 29 TEPLICE

NA ZÁKLADĚ VAŠÍ OBJEDNÁVKY č.: **5600045616**  
A NÁSLEDUJÍCÍCH SKUTEČNOSTÍ VÁM ZASÍLÁME**CENOVÝ NÁVRH NA OPRAVU číslo: 50802868 / 8373**PRO PŘÍSTROJ : VIDEODUODENOSKOP PRACOVISTĚ: Gastroenterologické oddělení  
TYP : TJF-160VR VÝROBNÍ Č. : 2802330**TECHNICKOU PROHLÍDKOU PŘÍSTROJE BYLO ZJIŠTĚNO :**

- perforace gumové části tlačítka číslo 1
- netěsnost pod páčkou A-můstku (bude řešeno přetěsněním kontrolboxu)
- deformovaný kovový oplet ohebné distální části - zlomená některá vlákna opletu
- narušené lepení krycí gumy ohebné části
- netěsnost pláště a zemnicího kolíku S-konektoru

**S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÝ TECHNICKÝ STAV PŘÍSTROJE JE NUTNO PROVÉST :**

- dekontaminace - již provedeno
- částečnou demontáž - již provedeno
- výměnu gumové části tlačítka číslo 1
- výměnu zaváděcího tubusu včetně ohebné části a mechanismu ovládní
- výměnu krytky distálního konce včetně krycí gumy ohebné části
- výměnu S-konektoru

**CENA NAVRHOVANÉ OPRAVY ČINÍ..... 112 000,00 Kč**  
**CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 21% ..... 135 520,00 Kč**

Přibližná doba opravy cca. 10 dnů od schválení cenového návrhu. Po ukončení opravy Vám bude zaslána faktura. Záruční doba na provedenou opravu je 6 měsíců ode dne převzetí opraveného přístroje a vztahuje se pouze na použitý materiál a vykonané práce. Vaše vyjádření zasílejte, prosím, na adresu, faxové číslo nebo e-mail uvedené ve spodní části cenového návrhu.

V zájmu urychlení opravy Vašeho přístroje Vás žádáme o schválení a odeslání cenového návrhu do 5-ti dnů aby Vaše zakázka mohla být řádně a včas vyřízena.

**Požádat o zapůjčení náhradního přístroje lze po schválení cenového návrhu.**  
**Pronájem přístroje se řídí zápujčnými podmínkami společnosti OLYMPUS Czech Group**

CENOVÝ NÁVRH ZPRACOVAL :

**Olympus Czech Group, s.r.o.,**člen koncernu; Evropská 176/16  
160 41 Praha 6, IČ: 27068641  
tel.: +420 221 985 266

Servis [REDACTED]

SOUHLASÍM S PROVEDENÍM OPRAVY  
PODPIS / RAZÍTKO

DNE: 4. červenec 2018

DNE: .....

From: [REDACTED]  
Sent: Monday, July 16, 2018 12:21 PM  
To: [REDACTED]  
Subject: RE: Olympus - cenový návrh opravy

Dobrý den, [REDACTED]

Děkuji Vám za schválení cenového návrhu. Potvrzuji tímto objednávku opravy videoduodenoskopu TJF-160VR s výrobním číslem 2802330 na základě cenového návrhu opravy číslo 50802868/8373. Dnešním dnem bude endoskop odeslán technikům k opravě.

S pozdravem a přáním pěkného dne  
[REDACTED]

Servis zdravotnické techniky

OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., CLEN KONCERNU  
Evropská 176/16  
160 41 Praha 6  
Česká republika

phone: [REDACTED]  
[REDACTED]

URL: <http://www.olympus.cz>

---

Dobrý den, zasílám schválenou objednávku č.5600045616 na opravu duodenovideoskopu  
Žádám o písemné přijetí této objednávky

[REDACTED]

[REDACTED]

Oddělení zdravotnické techniky  
Odbor obslužných klinických činností



Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Teplice o.z.

Duchcovská 53

415 29 Teplice

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]