



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1272/2018**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotazy pro ČÁST 1: Ultrazvukový přístroj (high-end ultrazvukový přístroj)

Dotaz 1:

Zadavatel požaduje „CW – kontinuální doppler na konvexní a lineární sondě“

Dotaz :

Bude zadavatel akceptovat prémiový přístroj bez CW Dopplera na lineární sondě? Využití této funkce na konvexní a lineární sondě nepřináší žádný klinický benefit. Moderní přístroje dokážou měřit vysoké rychlosti pomocí PW doppleru, kde je navíc možné přesně specifikovat místo měření a používat triplexní režim (B+CFM+PW - v reálném čase), což u CW doppleru možné není. PW doppler v kombinaci s HPRF plně nahrazuje funkci CW doppleru pro aplikace na konvexní a lineární sondě při plném zachování medicínského účelu.

Odpověď:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení za předpokladu, že bude nabízený přístroj vybaven PW Dopplerem v kombinaci s HPRF na konvexní i lineární sondě, kde HPRF bude mít rozsah více než ± 10 m/s.

Dotaz 2:

Zadavatel požaduje „Barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí se zobrazením rychlostí v barevné škále“

Dotaz :

Bude zadavatel akceptovat Barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí bez zobrazení rychlostí v barevné škále? Uvedená hodnota je pouze orientační a přesné hodnoty rychlostí se odečítají automaticky z dopplerovské křivky.

Odpověď:

Zadavatel akceptuje nabízené variantní řešení.



Dotaz 3:

Zadavatel požaduje „Zobrazení krevního toku nedopplerovskými metodami“

Dotaz :

Uvedený parametr považujeme za diskriminační, nabídka je omezena pouze na jednoho výrobce a medicínský účel plně splní barevné dopplerovské zobrazení se zvýšenou citlivostí.

Bude zadavatel akceptovat prémiový přístroj bez uvedené modality při zachování medicínského účelu?

Odpověď:

Zadavatel trvá na znění technické specifikace, jelikož nespornou výhodou této technologie je nezávislost na úhlu ultrazvukového vlnění a předmětu, kdy se zobrazí i krevní toky kolmé na směr sondy.

Dotaz 4:

Zadavatel požaduje „3D/4D matrixová konvexní abdominální sonda (možno splnit obdobnou technologií – monokrystalická technologie sondy), 1 - 6 MHz, minimálně 8000 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel min: 85° ve 2D, minimálně 90° x 85° ve 3D/4D zobrazení, včetně software pro provádění prenatálního echokardiografického vyšetřování“

Dotaz :

Zadavatel umožňuje nahradit technologii matrix jinou obdobnou technologií – náš dodavatel nabízí stejnou kvalitu řešení pomocí monokrystalické technologie – tato technologie nepoužívá technologii elementů ve více řadách, kvalita obrazu je založena na použití monokrystalů, tudíž je požadavek na počet elementů v tomto případě nadbytečný.

Bude zadavatel akceptovat alternativu - „3D/4D monokrystalová konvexní abdominální sonda 1 - 8 MHz, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel min: 85° ve 2D, minimálně 85° x 85° ve 3D/4D zobrazení, včetně software pro provádění prenatálního echokardiografického vyšetřování“

Odpověď:

Zadavatel bude požadovat dodržení počtu elementů i u technologií, které mají být obdobnými k požadované matrix technologii.

Dotaz 5:

Zadavatel požaduje „Součástí dodávky bude i pracovní stanice – výkonný PC s diskovým úložištěm cca. 4TB a vyhodnocovacím SW (shodný s SW v UZ přístroji) pro práci s daty z UZ přístroje v RAW formátu. Pracovní stanice musí být schopna sdílet stejnou patientskou databázi jako přístroj a musí mít plnou DICOM 3.0 kompatibilitu (DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist)“

Dotaz :

Bude zadavatel akceptovat pracovní stanice s následujícími parametry – výkonné PC s diskovým úložištěm cca. 4TB a vyhodnocovacím SW pro práci s daty z UZ přístroje. Pracovní stanice musí být schopna sdílet stejnou patientskou databázi jako přístroj a musí mít plnou DICOM 3.0 kompatibilitu (DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist)“

Odpověď:

Zadavatel trvá na znění technické specifikace.

V souvislosti s výše uvedeným prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek u ČÁSTI 1: Ultrazvukový přístroj (high-end ultrazvukový přístroj). Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

17 -07- 2018

06

KZ

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel