



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1272/2018**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Dotazy pro ČÁST 7: Stůl operační mobilní na operační sál

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 1

Zadavatel v Příloze č. 02_Technická specifikace pro část 7 – Stůl operační mobilní na operační sál uvádí mimo jiné tyto parametry:

- Boční náklon minimálně 30°/30°
- Maximální výška pracovní desky minimálně 1200 mm

Námi dodávané operační stoly odpovídají požadavkům v technické specifikaci s výjimkou bočního náklonu a maximální výšky pracovní desky.

Umožní zadavatel podání nabídky více účastníkům tím, že připustí nabídku operačního stolu s bočním náklonem -20°/20° a maximální výškou pracovní desky 1100 mm?

Tyto parametry operačního stolu nemají vliv na medicínský účel a použití.

Odpověď:

Zadavatel trvá na náklonu 30°/-30° a umožňuje nabídnutí stolu s maximální výškou pracovní desky 1100 mm.

Dotaz č. 2:

Požadavek : Desky musí být složeny z minimálně 6 částí o celkové šíři stolu 520 mm
Bude akceptována šířka stolu 590 mm, při dodržení požadavku z minimálně 6 částí ?

Odpověď:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Dotaz č. 3:

Požadavek : Manuálního ovládání/pohybu v případě úplného výpadku elektrického proudu.

Můžete ,prosím, upřesnit o jaké manuální ovládání/pohyby v případě výpadku el. proudu se jedná?

Naše stoly jsou napájeny ze sítě a po odpojení vydrží běžný operační provoz 7 dní, bez nutnosti dobítí.

Veškeré pohyby, náklony po tuto dobu je možné ovládat buď ovladačem na noze stolu, kabelovým ovladačem nebo bezdrátovým ovladačem současně.

Odpověď:

Zadavatel nadále na požadavku netrvá.

Dotaz č. 4:

Požadavek :

- Výškové nastavení v rozmezí minimálně 500 mm
- minimální výška pracovní desky maximálně 690 mm
- Maximální výška pracovní desky minimálně 1200 mm

Bude akceptována výška zdvihu pracovní desky v rozsahu 600mm – 1100 mm?

Odpověď:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Zadavatel zjistil, že technická specifikace, která je součástí zadávací dokumentace obsahuje chybné údaje. V souvislosti s tím zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro ČÁST 7: Stůl operační mobilní na operační sál. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek. Současně zadavatel zveřejňuje v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 upravenou technickou specifikaci pro část 7.

V Ústí nad Labem dne:

18 -07- 2018

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

iČ: 25488627
DiČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel