



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii
- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1272/2018**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Dotazy pro ČÁST 14: Přístroj anesteziologický s monitorovací jednotkou

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v příloze č. 2 Technická specifikace, pro část 14. – Přístroj anesteziologický s monitorovací jednotkou, v odst. Parametry ventilátoru

„Nastavitelná dechová frekvence minimálně 1 – 60 dechů za minutu“

Účastník nabízí řešení, kdy tento parametr dosahuje hodnot

4 až 100 dechů za minutu pro VCV a PCV a PCV-VG

2 až 60 dechů/minutu pro SIMV a PSVPro

Kvalitativně a kapacitně vyhovuje nabízené řešení požadavkům zadavatele, plní požadovaný medicínský účel a vyhovuje požadavkům bezpečnostním a lékařským kritériím.

Na základě výše uvedeného účastník považuje tento rozsah hodnot za splnění požadavků zadavatele.

Je tento předpoklad účastníka správný?

Odpověď:

Zadavatel na základě žádosti účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace změnil technickou specifikaci, která je součástí zadávací dokumentace, a bude nabízenou nastavitelnou dechovou frekvencí minimálně 2-60 dechů za minutu akceptovat.

**V souvislosti s tím zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro ČÁST 14:
Přístroj anesthesiologický s monitorovací jednotkou. Nová lhůta pro podání nabídek je
uvedena na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.**

V Ústí nad Labem dne:

18 -07- 2018



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel