



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1272/2018**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Dotazy pro ČÁST 10: Operační lampa s LED technologií a kamerou

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje „Plynulé nastavení intenzity obou světél i samostatně pro hlavní či satelitní svítidlo v rozsahu alespoň od 20% do 100%“ Námí nabízená technologie umožňuje plynulé nastavení intenzity obou světél i samostatně pro hlavní či satelitní svítidlo v rozsahu od 25% do 100%. U takto výkonných operačních lamp je z praxe známo, že nejčastěji je využíván rozsah nastavení intenzity cca 50-80% a pak samozřejmě také mód endoskopického osvětlení.

Bude zadavatel akceptovat námi nabízené řešení za předpokladu, že splňuje původně zamýšlený medicínský účel?

Odpověď:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

V souvislosti s tím zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro ČÁST 10: Operační lampa s LED technologií a kamerou. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: **19 -07- 2018**

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel