



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1272/2018**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Dotazy pro ČÁST 6: Instrumentárium pro hysteroskopickou optativu vč. kontejnerů

Dotaz č. 1:

Rádi bychom se zeptali v souvislosti s technickou specifikací k části 6 diagnostický hysteroskop. Zadavatel požaduje:

Dezinfekční a bezpečnosti kontejner včetně víka

Může zadavatel specifikovat více tento artikl? Má se jednat o dekontaminační, nebo sterilizační kontejner? Má být součástí i silikonová podložka, koš na optiku, atd.? Rádi bychom tak předešli nejasnostem v podané nabídce.

Odpověď:

Požadujeme sterilizační kontejner s pořadačem pro fixní a bezpečné uložení optiky nebo jako ekvivalent připustíme také koš na optiku. Silikonová podložka nemusí být součástí.

Dotazy pro ČÁST 22: Plasmová koagulace

Dotaz č. 1:

Zadavatel udává, že plasmová koagulace má být na principu působení plasmové energie bez průchodu elektrického proudu.

Bude zadavatel akceptovat, že nyní lze použít přístroj plasmové koagulace bez neutrální elektrody, ale do budoucna výrobce uvažuje o změně technologie koncovek, u kterých bude nutno nultou elektrodu použít?

Tato technologická změna bude mít vliv jednak na zvýšení výkonu přístroje tak i na lepší ergonomii koncovek pro uživatele.

Toto jediné nás limituje, vše ostatní splňujeme v plném rozsahu i pro medicínský účel.
A tato plasmová koagulace je naprosto vhodná pro onkogynekologické operace.

Např.

Koagulace na rektosigmatu bez poškození stěny orgánů

Kompletní ablace solidních orgánových metastáz

Ablace metastáz z povrchu orgánů

Systematická Lymfadenektomie bezdotykovou technikou

Bezpečná resekce metastáz ze stěn cévního systému

Preparace jednotlivých vrstev

Bezdotyková koagulace – koagulace raných ploch bezdotykovou technologií

Povrchová koagulace

Mikrovrstvená vaporizace

Ablace metastáz z povrchu orgánů, radixu mezenteria, bránice a močovodu mikrovrstvenou vaporizací a bezdotykově.

Bezpečná resekce metastáz ze stěn cévního systému: v.cava, aorta, ilicae externa et communis

Použití nástrojů umožňující aplikaci plazmy vícero režimy, řez, vaporizace, koagulace

Volitelná velikost nástroje do 5 mm jak pro otevřenou tak i laparoskopickou operativu umožňující řezání, koagulaci a disekci tkáně.

Teplota nepřekračuje 40°C

Vozík součástí přístroje

Odpověď:

Zadavatel považuje nabízené řešení za přijatelné.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro ČÁST 22: Plasmová koagulace. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

19-07-2018

02

KZ

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel