

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1272/2018**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

Dotazy pro ČÁST 7: Stůl operační mobilní na operační sál

Dotaz č. 1:

Stůl operační mobilní na operační sál – bod 7

Vzhledem k upřesnění k části 7., které bylo upraveno máme 2 dotazy :

Požadavek : Požadováno 1 ks základny systému, 1 ks operační desky a 1 ks transportéru operační desky a základny.

Dotaz č.1) :

Jelikož se jedná o systémový operační stůl, kde hlavní výhodou je výměna operačních desek, je skutečně správně požadováno : 1 ks základna(noha stolu) a pouze 1 ks operační desky (ze 6 částí) a 1 ks transportéru operační desky?

Standardním opodstatněným požadavkem je zpravidla: 1 ks základna (noha stolu), 2 ks operační desky a 2 ks transportéru operační desky, což je kombinace, která dává smysl pro plné využití potenciálu systémového stolu a nedochází při ní k situaci, kdy základna je nevyužitá, protože deska s transportérem

v tu chvíli odváží pacienta a tím pádem jsou značně omezeny prostoje stolu.

Odpověď:

Z důvodu budoucích systémových změn na gynekologicko-porodnické klinice požadujeme systémový stůl již nyní, přestože momentálně nemáme pro plné využití dvou desek s transportéry. Trváme tedy na znění specifikace.

**Dotaz č. 2:**

Požadavek : Nastavení hlavové části minimálně + 90°/ -60°.

Nejsou prosím požadované hodnoty u nastavení hlavové části opačně? Bude akceptovat zadavatel nastavení hlavové části +53° nad úroveň desky stolu/ -90°pod úroveň desky stolu.

Odpověď:

V tomto parametru máme znaménkovou konvenci nastavenou tak, že znaménko „+“ je nastavení hlavového dílu pod úroveň desky stolu a znaménko „-“ nad úroveň desky stolu. Nabízené řešení je pro nás přijatelné.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro ČÁST 7: Stůl operační mobilní na operační sál. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 20-07-2018

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

