

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1272/2018**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

Dotazy pro ČÁST 11: Elektrochirurgický generátor vč. pokročilé bipolární koagulace

Dotaz č. 1:

Část 11: Elektrochirurgický generátor vč. pokročilé bipolární koagulace

a) Elektrochir. generátor 1

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje u elektrokoagulačního přístroje:

- Ovládání a nastavení parametrů přes barevný dotykový LCD displej

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje s barevnou obrazovkou a s ovládáním dotykovými klávesami, které je snadné, intuitivní, komfortní a rychlé? Ze zkušeností víme, že použití přístroje s ovládáním dotykovými klávesami nemá vliv na klinický účel a jeho využití je shodné.

Připustí zadavatel nabídku výše specifikovaného přístroje?

Odpověď:

Zadavatel trvá na technické specifikaci.

Dotazy pro ČÁST 12: Elektrochirurgický generátor vč. pokročilé bipolární koagulace II.

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje u elektrokoagulačního přístroje:

- Připojení až 4 monopolárních / bipolárních nástrojů současně

Zadavatel požaduje v bodě specifikace připojení až 4 monopolárních / bipolárních nástrojů současně. Touto definicí připojení nástrojů chápeme tedy že do přístroje musí být možno zapojit 4 monopolární nástroje nebo 4 bipolární nástroje. Je náš předpoklad správný.

Odpověď:

Předpoklad není správný. Zadavatel požaduje připojení 4 nástrojů s tím, že kombinaci monopolárních a bipolárních nástrojů nechává na standartním rozložení od výrobce nabídnutého produktu. Přístroj nemusí nutně umožňovat připojení 4 monopolárních anebo 4 bipolárních nástrojů.

V Ústí nad Labem dne: 23-07-2018

CZ
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ09488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel