

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1272/2018**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20

Dotazy pro ČÁST 10: Operační lampa s LED technologií a kamerou

Dotaz č. 1

Jaká je výška stropu, a jaká je výška podhledu operačního sálu?

Odpověď:

Výška stropního podhledu je 300cm a výška samotného stropu je cca. 330cm. Více informací se tazatel mohl dozvědět při prohlídce místa plnění, která proběhla a které se mohl tazatel účastnit.

V Ústí nad Labem dne: 09 -08- 2018

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

2007-2017

Radka Chládková