

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii
- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1272/2018**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22

Dotazy pro ČÁST 22: Plasmová koagulace

Dotaz č. 1

Žádá zadavatel přístroj, který funguje na principu striktně bezdotykové technologie, tzn. že žádná část nástroje se při koagulaci i řezu nedotýká operované tkáně, jak v módu koagulačním, tak v módu řezacím, a to jak v současném provedení, ale i v budoucnosti při avizované změně koncovek a avizované změně na nultou elektrodu, což znamená průchod elektrického proudu tělem pacienta (viz dotaz z 19. 7. 2018)?

Odpověď:

Zadavatel požaduje přístroj daný technickou specifikací a na základě dodatečného dotazu ze dne 19.7.2018 připouští řešení, kdy je původní technologie bez neutrální elektrody, ale v budoucnu dojde k technologické úpravě ručky a nutnosti použití neutrální elektrody a to při zachování všech ostatních požadavků zadavatele, které tazatel v dotazu výslovně potvrdil, tudíž se má jednat o bezdotykovou technologii.

Dotaz č. 2:

Žádá zadavatel přístroj, a to jak v současném provedení, ale i v budoucnosti při avizované změně koncovek, na principu striktně bezdotykové technologie, tzn. že žádná část nástroje se při koagulaci i řezu nedotýká operované tkáně a tím zajištění eliminace riziku elektrických komplikací způsobených bludnými proudy i eliminace neuromuskulární stimulace, která je riziková zejména u „en bloc“ resekcí metastatických projevů na bránici u zhoubných nádorů vaječníků?

Odpověď:

Domněnka tazatele není správná. Zadavatel požaduje přístroj daný technickou specifikací a na základě dodatečného dotazu ze dne 19.7.2018 připouští řešení, kdy je původní technologie přístroje zcela bez průchodu elektrického proudu, ale v budoucnu dojde k technologické



úpravě ručky a nutnosti použití neutrální elektrody. A to s vědomím, že při tomto řešení není možná úplná eliminace rizika elektrických komplikací.

V Ústí nad Labem dne:



.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí samostatného
oddělení veřejných zakázek