



Název veřejné zakázky: **Mikroskopy pro Krajskou zdravotní, a.s. - č. 1**
Druh zadávacího řízení: otevřené
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: 1327/2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

V technické specifikaci u digitální kamery je požadována rychlost snímání 25 snímků za sekundu. Chybí však údaj o rozlišení.

Míní tím zadavatel rychlost snímání v plném rozlišení tedy při min. 5 Mpx?

Odpověď č. 1

Předpoklad tazatele je špatný. Zadavatel požaduje 5Mpx pro statické snímky, ale pro dynamické snímání určil pouze rychlost snímání a to minimálně 25 snímků za sekundu. Zadavatel upřesňuje svůj požadavek, že při rychlosti snímání min. 25 snímků za sekundu požaduje minimální rozlišení 1920 x 1080.

Dotaz č. 2

U položky „Software“ je požadována kompatibilita s Win 7 Pro 64b, dále požadujete paměť 4GB a procesor Intel i5-4570.

Požaduje zadavatel celý počítač včetně monitoru klávesnice atd. nebo jen tyto komponenty?

Odpověď č. 2

Zadavatel nepožaduje dodání celého počítače, ale těmito parametry specifikoval stávající počítač, na který musí být v rámci dodávky nainstalován požadovaný SW.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny. Nová lhůta pro podání nabídek bude uvedena na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

15. 08. 2018

02



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel