

Objednávka 5600046013

Datum objednávky **10.08.2018**

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Teplice, o. z.

Duchcovská 53

415 29 Teplice

OLYMPUS Czech Group, s.r.o.
člen koncernu
Evropská 176/16
160 41 Praha 6

Vaše číslo dodavatele u nás
1000052

Termín dodávky: **24.08.2018**

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus	125.758,00	125.758,00
		oprava ZT		
		Gastroskop GIF-Q165 EXERA II výr.č.2702351		
		dodáno 5.6.2008		
		(špatně fouká)		

Pro odd. interna gastro v s. [REDACTED]

Celk.hodn. s DPH CZK , 125.758,00

Schválil: [REDACTED]

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). **Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.**

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, **nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena.** Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED] Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

ZÁKAZNÍK

Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Teplice, o.z. - [REDACTED]
Oddělení zdravotnické techniky
Duchcovská 53
.....
415 29 T E P L I C ENA ZÁKLADĚ VAŠÍ OBJEDNÁVKY č.: **5600046013**
A NÁSLEDUJÍCÍCH SKUTEČNOSTÍ VÁM ZASÍLÁME**CENOVÝ NÁVRH NA OPRAVU číslo:****50837795 / 8540**PRO PŘÍSTROJ : VIDEOGASTROSKOP PRACOVISTĚ: Endoskopie
TYP : GIF-Q165 VÝROBNÍ Č. : 2702351**TECHNICKOU PROHLÍDKOU PŘÍSTROJE BYLO ZJIŠTĚNO :**

- ucpaná oplachová tryska čočky kamerového čipu
- odpadlá gumová část tlačítka číslo 1, koroze pod tlačítkem
- zlomený světlovodný tubus u konektoru a u kontrolboxu, perforace ochranného pláště (netěsnost přístroje)
- zlomený zaváděcí tubus u protektoru a přibližně na 15. cm, místy narušený ochranný plášť tubusu
- narušené lepení krycí gumy ohebné části
- poškrábaná krytka distálního konce

S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÝ TECHNICKÝ STAV PŘÍSTROJE JE NUTNO PROVÉST :

- dekontaminace - již provedeno
- částečnou demontáž - již provedeno
- výměnu tlačítka číslo 1
- výměnu světlovodného tubusu
- výměnu zaváděcího tubusu včetně ohebné části a mechanismu ovládání
- výměnu krytky distálního konce s oplachovou tryskou včetně krycí gumy na ohebné distální části

CENA NAVRHOVANÉ OPRAVY ČINÍ..... 103 933,00 Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 21% 125 758,00 Kč

Přibližná doba opravy cca. 10 dnů od schválení cenového návrhu. Po ukončení opravy Vám bude zaslána faktura. Záruční doba na provedenou opravu je 6 měsíců ode dne převzetí opraveného přístroje a vztahuje se pouze na použitý materiál a vykonané práce. Vaše vyjádření zasílejte, prosím, na adresu, faxové číslo nebo e-mail uvedené ve spodní části cenového návrhu.

V zájmu urychlení opravy Vašeho přístroje Vás žádáme o schválení a odeslání cenového návrhu do 5-ti dnů aby Vaše zakázka mohla být řádně a včas vyřízena.

Požádat o zapůjčení náhradního přístroje lze po schválení cenového návrhu.**Pronájem přístroje se řídí zápujčnickými podmínkami společnosti OLYMPUS Czech Group**

CENOVÝ NÁVRH ZPRACOVAL :



Olympus Czech Group, s.r.o.,
118 člen koncernu; Evropská 176/16
160 41 Praha 6 IČ: 27068641
tel.: +420 221 985 266
Servis

SOUHLASÍM S PROVEDENÍM OPRAVY
PODPIS / RAZÍTKO

DNE: 14. srpen 2018

DNE:

From: [REDACTED]@olympus.cz]

Sent: Monday, August 20, 2018 11:16 AM

To: [REDACTED]

Subject: Re: FW: Olympus - cenový návrh opravy

Dobrý den, paní [REDACTED]

Děkuji Vám za schválení cenového návrhu opravy. Potvrzuji tímto objednávku opravy videogastroskopu GIF-Q165 s výrobním číslem 2702351 na základě cenového návrhu opravy číslo 50837795/8540.

Dnešním dnem bude endoskop odeslán technikům k opravě.

S pozdravem a přáním pěkného dne

[REDACTED]

Servis zdravotnické techniky

OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU

Evropská 176/16

160 41 Praha 6

Česká republika

phone: [REDACTED]

[REDACTED]

[olympus.cz](http://www.olympus.cz)

URL: <http://www.olympus.cz>