

Název zadavatele: Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 1277/2018

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 1: Svítidla pro centrální operační sály“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P18V00000169**“

Předmět veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 2 ks chirurgických operačních svítidel spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně:

- dopravy zboží do místa plnění,
- realizace stavební připravenosti,
- jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace,
- provedení všech přijímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
- instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži,
- předání všech příslušných dokladů,
- záručního servisu za podmínek uvedených ve smlouvě,
- likvidace obalového materiálu,
- demontáž a ekologická likvidace stávajícího přístroje.

Cena sjednaná ve smlouvě: 0,00 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název:

Sídlo:

IČO:

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Irelevantní.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	Fénix Brno, spol. s r.o.	Vackova 1803/79, 612 00 Brno	44961863	704 131,60 Kč bez DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
Fénix Brno, spol. s r.o.	Vackova 1803/79, 612 00 Brno	44961863

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Nesplnění technické specifikace v parametru Hloubka osvětlení L1 + L2 (60%) min. 320 mm, kde v podkladech nabídky je hodnota 290 mm.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Veřejná zakázka je rozdělena na části.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Tento požadavek nebyl zjištěn.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Po posouzení nabídek nezbyl v zadávacím řízení žádný účastník. Na základě této skutečnosti ruší zadavatel zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 1 ZZVZ. Veřejná zakázka bude opětovně vyhlášena.

V Ústí nad Labem dne 22.08.2018

Ing. Václav Štyvar, vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.

