



KZ Krajská zdravotní, a.s.

Poskytnutí dodatečných informací č. 1

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

**„Modernizace a obnova přístrojového vybavení
komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a. s.“**

Dotaz:

Dobrý den,

po porostudování ZD, se dotazujeme:

v technické specifikaci části 5: RTG skiaskopie digitální, zadavatel požaduje RTG zářič na stropním výškově stavitelném závěsu s antikolizními prvky, i když dále specifikace odpovídá standardnímu řešení skiaskopicko –skiagrafické sklopné stěny. Nejedná se v případě požadavku na stropní závěs RTG zářiče o omyl?

Odpověď:

Ano, „RTG zářič na stropním výškově stavitelném závěsu s antikolizními prvky“ je administrativní omyl, který vznikl kopírováním jiné připravované soutěže RTG techniky, zadavatel požaduje opravdu univerzální digitální skiaskopicko-skiagrafickou vyšetřovací sklopnou stěnu, tedy s rentgenkou umístěnou na pohyblivém sloupu.

V Ústí nad Labem dne:

13
KZ
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
ředitel společnosti