



Název veřejné zakázky: **Anesteziologické přístroje vč. monitorů vitálních funkcí pro oddělení ARO**

Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1286/2018**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel v části č.2 Anesteziologický přístroj pro Nemocnici Děčín, o.z – 2ks v příloze č.3 Technická specifikace, požaduje splnění parametru: „Barevná dotyková obrazovka o minimální velikosti 15“, **umístěná na rameni.**“

S ohledem na klinickou praxi a praktické zkušenosti, má uchazeč za to, že požadavek zadavatele, aby monitor anesteziologického přístroje byl umístěný na rameni je neopodstatněný a nedá se odůvodnit ani případnou „výhodnější“ ergonomií anesteziologického pracoviště.

Uchazeč nabízí anesteziologický přístroj, kde je jeho monitor integrovaný v přístroji a je přímo v zorném poli anesteziologa, stejně jako patientský monitor a měch ve válci.

Tento koncept integrovaného monitoru anesteziologického přístroje je bezpečný a žádným způsobem nijak neovlivňuje medicínský účel, za kterým je tento zdravotnický prostředek pořizován a nemá na něj žádný negativní vliv. Koncept monitoru anesteziologického přístroje na tzv. rameni vnímáme jako jednoznačné zvýhodnění jednoho konkrétního výrobce anesteziologické techniky (GE) a žádáme zadavatele, aby tento požadavek ze zadání technické specifikace odstranil. Uchazeč má za to, že je takový požadavek zadavatele v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách a mohl být vnímán ostatními uchazeči jako diskriminační.

Umožní zadavatel uchazeči nabídnout anesteziologický přístroj s barevnou dotykovou obrazovkou o velikosti 15“, která je integrovaná v přístroji?

Odpověď na dotaz č. 1

Z důvodu, že pořizované přístroje budou umístěny na chirurgických operačních sálech, kde mohou probíhat traumatologické operace a kde dochází k častému polohování anesteziologického pracoviště vzhledem k pozici pacienta a umístění ostatních přístrojů, musí být variabilní i umístění anesteziologického přístroje a především jeho monitorovací části, což přístroj s integrovaným monitorem neumožňuje – musí se hýbat s celým přístrojem. To má za následek manipulaci s anest.hadicemi a dalším příslušenstvím. Navíc při některých operacích anesteziolog může sedět mimo viditelné pole monitoru, kde by u přístroje s integrovaným monitorem nebyl možný vizuální kontakt. Oproti tomu monitor na rameni lze jednoduše nastavit tak, aby vizuální kontakt na monitor byl.



Umístění dotykové obrazovky na rameni proto významným způsobem zvyšuje komfort při manipulaci s přístrojem a to jak pro anesteziologa (například při nestandardní poloze pacienta) tak i pro celý operační tým. V souvislosti s tím dochází k nezanedbatelné úspoře času. Zadavatel v souvislosti s uvedeným shledává požadavek odůvodněným a přiměřeným a na splnění tohoto požadavku trvá.

V Ústí nad Labem dne:

- 3 -09- 2018

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel