



KZ Krajská zdravotní, a.s.

Poskytnutí dodatečných informací č. 3

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a. s.“

Dotaz č. 1:

Umožní zadavatel změnu zadávací dokumentace tak, aby požadavek na nastavení, specifikace a konfigurace IT modalit uvedený ve výše citovaném odstavci nebyl pro dodávku lineárního urychlovače, který není diagnostickým zařízením a neodesílá žádná data do PACS, závazný?

Celé znění žádosti o dodatečné informace včetně předmětu a zdůvodnění je přílohou tohoto dokumentu.

Odpověď:

Zadavatel umožňuje změnu v bodě 6 technické požadavky zadávací dokumentace (strana 9 – 10) tak, že požadavek na nastavení, specifikace a konfigurace IT modalit není pro dodávku lineárního urychlovače závazný z důvodu, že lineární urychlovač není diagnostickým zařízením a neodesílá žádná data do PACS.

Dotaz č. 2:

Lze pro prokázání technických kvalifikačních předpokladů předložit pouze 1 dodávku obdobného charakteru a požadovaného rozsahu (dodávka lineárního urychlovače)?

Celé znění žádosti o dodatečné informace včetně předmětu a zdůvodnění je přílohou tohoto dokumentu.

Odpověď:

Zadavatel umožňuje v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů předložení seznamu významných dodávek, jehož přílohou bude minimálně 1 osvědčení na dodávku lineárního urychlovače obdobného charakteru a požadovaného rozsahu realizovaného v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, a to v rozsahu minimálně 43 500 000,- Kč bez DPH.



KZ Krajská zdravotní, a.s.

Dotaz č. 3:

Umožní zadavatel změnu návrhu Kupní smlouvy tak, aby termín pro předání zboží (lineární urychlovač) kupujícímu byl nejpozději do 18 týdnů od data podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami, přičemž datem předání se rozumí předání zboží po provedené přejímací zkoušce v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., v platném znění?

Celé znění žádosti o dodatečné informace včetně předmětu a zdůvodnění je přílohou tohoto dokumentu.

Odpověď:

Zadavatel umožňuje změnu návrhu Kupní smlouvy tak, že termín pro předání zboží kupujícímu je nejpozději do 18 týdnů od data podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami, přičemž datem předání se rozumí předání zboží po provedené přejímací zkoušce v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., v platném znění.

Zadavatel uveřejnil na profilu společnosti nový obligatorní návrh smlouvy na dodávku lineárního urychlovače.

Dotaz č. 4:

Umožní zadavatel změnu Kupní smlouvy tak, aby požadavek na nastavení, specifikace a konfigurace IT modalit uvedený ve výše citovaném odstavci byl pro dodávku lineárního urychlovače, který není diagnostickým zařízením a neodesílá žádná data do PACS, ze smlouvy vyloučen?

Celé znění žádosti o dodatečné informace včetně předmětu a zdůvodnění je přílohou tohoto dokumentu.

Odpověď:

Zadavatel umožňuje změnu návrhu Kupní smlouvy tak, že požadavek na nastavení, specifikace a konfigurace IT modalit uvedený v bodě 6 technické požadavky zadávací dokumentace (strana 9 – 10) je na dodávku lineárního urychlovače z obligatorního návrhu smlouvy vyloučen.

Zadavatel uveřejnil na profilu společnosti nový obligatorní návrh smlouvy na dodávku lineárního urychlovače.

Dotaz č. 5:

Lze pro prokázání technických kvalifikačních předpokladů předložit pouze 1 dodávku obdobného charakteru a požadovaného rozsahu (dodávka Klinické dozimetrie)?

Celé znění žádosti o dodatečné informace včetně předmětu a zdůvodnění je přílohou tohoto dokumentu.

Odpověď:

Zadavatel umožňuje v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů předložení seznamu významných dodávek, jehož přílohou bude minimálně 1 osvědčení na dodávku klinické dozimetrie obdobného charakteru a požadovaného rozsahu realizovaného v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, a to v rozsahu minimálně 2 200 000,- Kč bez DPH.



KZ Krajská zdravotní, a.s.

Dotaz č. 6:

Umožní zadavatel změnu návrhu Kupní smlouvy tak aby, termín pro předání zboží kupujícímu byl nejpozději do 6 týdnů od data podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami?

Celé znění žádosti o dodatečné informace včetně předmětu a zdůvodnění je přílohou tohoto dokumentu.

Odpověď:

Zadavatel umožňuje změnu návrhu Kupní smlouvy tak, že termín pro předání zboží (klinická dozimetrie) kupujícímu je nejpozději do 18 týdnů od data podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami, přičemž datem předání se rozumí předání zboží po provedené přijímací zkoušce v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., v platném znění.

Zadavatel uveřejnil na profilu společnosti nový obligatorní návrh smlouvy na dodávku klinické dozimetrie.

V souvislosti s výše uvedenými změnami, zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek pro část 1 – Lineární urychlovač a pro část 2 - Klinická dozimetrie a to do 7. 7. 2014 v 10:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 7. 7. 2014 v 10:15 hod.

V Ústí nad Labem dne:

Ing. Petr Fiala
ředitel společnosti

Krajská zdravotní, a.s.
Bc. Žaneta Veselá
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

V Praze, 11. 4. 2014

Věc: Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a.s.“.

Vážená paní Veselá,

jako uchazeč o nadlimitní veřejnou zakázku „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a.s.“, č. projektu CZ.1.06/3.2.01/14.08959, zveřejněnou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, předkládáme tímto žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci:

Předmět dodatečné informace č. 1:

Část dokumentace:

Zadávací dokumentace, str. 9 – 10.

Požadavek zadavatele:

část začínající „Dodávané zařízení – modalita.....“ až po „.....(hostname musí být shodný s AE title).“

Znění dotazu:

Umožní zadavatel změnu zadávací dokumentace tak, aby požadavek na nastavení, specifikace a konfigurace IT modalit uvedený ve výše citovaném odstavci nebyl pro dodávku lineárního urychlovače, který není diagnostickým zařízením a neodesílá žádná data do PACS, závazný?

Zdůvodnění požadavku na dodatečnou informaci č. 1:

Lineární urychlovač pro radioterapii je velmi specifické zařízení, které je spolu s dalšími zařízeními pro radioterapii propojeno verifikačním systémem ARIA.

- tento verifikační systém přijímá data z PACS (CT, NMR, PET) pro potřeby plánování radioterapie, žádná data ale do PACS neodesílá. DICOM tagy nelze uživatelsky modifikovat. HOSTNAME a IP

adresy pro příjem diagnostických dat byly již v současném verifikačním systému nastaveny a žádná další IP adresa nebude pro instalaci lineárního urychlovače, plánovací a konturovací stanice třeba;

- na verifikační systém ARIA je třeba nahlížet jako na celek, který se provozuje v separátní síti oddělené od NIS s omezením připojení k internetu. U některých komponent je třeba použití „lokálního Administrátora“;
- na kritických stanicích (Treatment stanice lineárního urychlovače není výrobcem z bezpečnostních důvodů povoleno provozovat AV SW;
- jediným uzlem připojeným do sítě KZ, a.s. je server ARIA, který je již pro komunikaci NIS nakonfigurován a jehož konfigurace se v případě instalace nového lineárního urychlovače, plánovací a konturovací stanice měnit nebude;
- přístup k administraci verifikačního systému je povolen pouze vyškolenému technikovi společnosti AMEDIS, spol. s r.o.

Předmět dodatečné informace č. 2:

Část dokumentace:

Zadávací dokumentace, čl. 7: Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 50 až 56 ZVZ, písm. c), Technické a kvalifikační předpoklady dle § 56 ZVZ.

Požadavek zadavatele:

„Uchazeč splní technické kvalifikační předpoklady předložením seznamu významných dodávek, jehož přílohou budou minimálně 2 osvědčení za každou jednotlivou část této veřejné zakázky, které se bude uchazeč účastnit, na dodávky stejného nebo obdobného předmětu plnění realizovaných v poledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, a to v rozsahu minimálně pro:

Část 1: 43 500 000,- Kč bez DPH“.

Znění dotazu:

Lze pro prokázání technických kvalifikačních předpokladů předložit pouze 1 dodávku obdobného charakteru a požadovaného rozsahu (dodávka lineárního urychlovače)?

Zdůvodnění požadavku na dodatečnou informaci č. 2:

Lineární urychlovače pro radioterapii jsou velmi nákladná zařízení s udávanou životností 8-10 let. Onkologických center, která mohou léčbu těmito vysoce specializovanými zařízeními poskytovat, je v České republice velmi málo a v souladu s koncepcí Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky další centra nevznikají. Četnost obnovy lineárních urychlovačů a tedy nových instalací je z těchto důvodů relativně nízká, a proto uchazeč považuje požadavek zadavatele za nepřiměřený.

Předmět dodatečné informace č. 3:

Část dokumentace:

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace, Kupní smlouva pro Část 1 veřejné zakázky.

Požadavek zadavatele:

Čl. III. Doba a místo plnění:

Odst. 1: Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do 6 týdnů od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami.

Znění dotazu:

Umožní zadavatel změnu návrhu Kupní smlouvy tak, aby termín pro předání zboží kupujícímu byl nejpozději do 18 týdnů od data podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami, přičemž datem předání se rozumí předání zboží po provedení přijímací zkoušky v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb. v platném znění?

Zdůvodnění požadavku na dodatečnou informaci č. 3:

Lineární urychlovače pro radioterapii jsou dodávány výrobcem na základě závazné objednávky a nejkratší doba dodání z USA je 3 měsíce. Po dodání do některého z evropských přístavů následuje přeprava kontejneru na místo určení, vyložení nákladu a teprve potom lze začít s instalací. Instalace včetně povinných závěrečných testů předepsaných výrobcem a testů v souladu s povolením SÚJB pro instalaci a uvádění do provozu trvá zpravidla 6 týdnů. Tedy původní požadavek zadavatele je pro zařízení, jakým je lineární urychlovač, nepřiměřený.

Předmět dodatečné informace č. 4:**Část dokumentace:**

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace, Kupní smlouva pro Část 1 veřejné zakázky.

Požadavek zadavatele:

Čl. III. Doba a místo plnění:

Odst. 3, Zvláštní požadavky.

Znění dotazu:

Umožní zadavatel změnu Kupní smlouvy tak, aby požadavek na nastavení, specifikace a konfigurace IT modalit uvedený ve výše citovaném odstavci byl pro dodávku lineárního urychlovače, který není diagnostickým zařízením a neodesílá žádná data do PACS, ze smlouvy vyloučen?

Zdůvodnění požadavku na dodatečnou informaci č. 4:

Lineární urychlovač pro radioterapii je velmi specifické zařízení, které je spolu s dalšími zařízeními pro radioterapii propojeno verifikačním systémem ARIA.

- tento verifikační systém přijímá data z PACS (CT, NMR, PET) pro potřeby plánování radioterapie, žádná data ale do PACS neodesílá. DICOM tagy nelze uživatelsky modifikovat. HOSTNAME a IP adresy pro příjem diagnostických dat byly již v současném verifikačním systému nastaveny a žádná další IP adresa nebude pro instalaci lineárního urychlovače, plánovací a konturovací stanice třeba;
- na verifikační systém ARIA je třeba nahlížet jako na celek, který se provozuje v separátní síti oddělené od NIS s omezením připojení k internetu. U některých komponent je třeba použití „lokálního Administrátora“;

- na kritických stanicích (Treatment stanice lineárního urychlovače není výrobcem z bezpečnostních důvodů povoleno provozovat AV SW;
- jediným uzlem připojeným do sítě KZ, a.s. je server ARIA, který je již pro komunikaci NIS nakonfigurován a jehož konfigurace se v případě instalace nového lineárního urychlovače, plánovací a konturovací stanice měnit nebude;
- přístup k administraci verifikačního systému je povolen pouze vyškolenému technikovi společnosti AMEDIS, spol. s r.o.

Předmět dodatečné informace č. 5:

Část dokumentace:

Zadávací dokumentace, čl. 7: Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 50 až 56 ZVZ, písm. c), Technické a kvalifikační předpoklady dle § 56 ZVZ.

Požadavek zadavatele:

„Uchazeč splní technické kvalifikační předpoklady předložením seznamu významných dodávek, jehož přílohou budou minimálně 2 osvědčení za každou jednotlivou část této veřejné zakázky, které se bude uchazeč účastnit, na dodávky stejného nebo obdobného předmětu plnění realizovaných v poledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, a to v rozsahu minimálně pro:

Část 2: 2 200 000,- Kč bez DPH“

Znění dotazu:

Lze pro prokázání technických kvalifikačních předpokladů předložit pouze 1 dodávku obdobného charakteru a požadovaného rozsahu (dodávka Klinické dozimetrie)?

Zdůvodnění požadavku na dodatečnou informaci č. 5:

Základním a nejvíce nákladným prvkem systému klinické dozimetrie pro radioterapii je vodní fantom, který je povinnou součástí vybavení pracoviště radioterapie. Vodní fantom se zpravidla na pracoviště instaluje s prvním lineárním urychlovačem a je dále používán při instalacích a kontrolách všech dalších ozařovačů bez nutnosti obnovy nebo nutnosti investice významnějších finančních nákladů. Četnost obnovy vodních fantomů je z těchto důvodů velmi nízká a pohybuje se v řádu 8-10 let, a proto uchazeč považuje požadavek zadavatele za nepřiměřený.

Předmět dodatečné informace č. 6:

Část dokumentace:

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace, Kupní smlouva pro Část 2 veřejné zakázky.

Požadavek zadavatele:

Čl. III. Doba a místo plnění:

Odst. 1: Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do 4 týdnů od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami.

Znění dotazu:

Umožní zadavatel změnu návrhu Kupní smlouvy tak aby, termín pro předání zboží kupujícímu byl nejpozději do 6 týdnů od data podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami?

Děkujeme Vám předem za odpověď.

S pozdravem

AMEDIS, spol. s r.o.


Ing. Hana Poslušná
jednatel

AMEDIS⁽³⁾ spol. s r.o.
Bobkova 786, 787
198 00 PRAHA 9
Tel: 28191 8191, Fax: 28191 7500

AMEDIS, spol. s r.o.

Bobkova 786, 787, 198 00 Praha 9, tel.: (+420) 281 918 191, fax: (+420) 281 917 500, e-mail: sales@amedis.cz, www.amedis.cz

IČ: 48586366, DIČ: CZ48586366, Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17901

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 473385123/0300 (CZK)