

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3

poskytnuté v rámci zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem:

„Inovace a obnova zobrazovací techniky KZ, a.s.“

Ev. č. VZ 376660

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,

ve smyslu ust. § 49 odst. 4 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) zákona poskytuje zadavatel, k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky „Inovace a obnova zobrazovací techniky KZ, a.s.“, následující dodatečné informace:

V dodatečných informacích č. 2 zadavatel vlivem administrativní chyby nesprávně uvedl odpověď na dotaz č. 6, když odpověděl, že zadavatel netrvá na dodání vertikálního stativu – viz níže.

Dotaz č. 6:

Cílce dotazu:

Část VZ č. 1 - Univerzální digitální RTG skiagrafický přístroj s přímou či nepřímou konverzí obrazu

Podle technické specifikace zadávací dokumentace zadavatel požaduje:

Vertigraf:

- naklápění detektoru min. v rozmezí od – 15° do 90°

Funkce naklápění detektoru u podlahových systémů nemá žádné opodstatnění ani rozumné použití, jedná se o funkci použitelnou v systémech se stropním závěsem rentgenky pro snímkování vertikálním paprskem na detektor vertikálního stativu. Skutečně zadavatel trvá na dodání vertikálního stativu se sklápěním, které pouze prodraží dodávku, ale uživateli nic nepřinese?

Odpověď:

Zadavatel netrvá na dodání vertikálního stativu.

Za tuto chybu se omlouváme a opravujeme odpověď následujícím způsobem v souladu s upraveným technickým listem:

Zadavatel netrvá na dodání vertikálního stativu se sklápěním.

V Ústí nad Labem, dne 17. 4. 2014


.....
Ing. Petr Fiala
ředitel

PL