

Poskytnutí dodatečných informací č. 1

v zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení

Název veřejné zakázky

Multidetektorový CT přístroj

evidenční číslo v ISVZUS
375107

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci Příloha č.1 – Projektová dokumentace zadávací dokumentace – je v části „Požadavek na úpravu pracoviště“ ve čtvrté části, vznesen následující požadavek: Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům na instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení, součástí předložené nabídky musí být technický výkres návrhu úprav pracoviště včetně jejich podrobného popisu.

Uchazeč se dotazuje, zda má být skutečně vše výše uvedené součástí předložené nabídky, nebo podrobný projekt bude vypracovávat pouze vítězný uchazeč v rámci plnění zakázky? Pokud má být výše uvedené již součástí nabídky, žádá uchazeč o poskytnutí nutné dokumentace (projektové a stavební dokumentace CT pracoviště, revizní zprávy přívodu el. energie na pracoviště atd.)

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel požaduje, aby součástí předložené nabídky byl projekt, který se bude skládat z nákresu rozmístění komponent a potřebných stavebních úprav (pokud budou nutné). V souvislosti s tím zadavatel poskytuje prostřednictvím profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/>, výkresy místa umístění CT přístroje (nyní je zde ještě umístěn stávající nefunkční CT přístroj), poslední revizi elektroinstalace a fotografie místnosti pro CT přístroj.

V Ústí nad Labem 23 -04- 2014


Ing. Petr Fiala
ředitel