

Poskytnutí dodatečných informací č. 2 a 3

v zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení

Název veřejné zakázky

Multidetektorový CT přístroj

evidenční číslo v ISVZUS
375107

Dotaz č. 2

V technické specifikaci je požadován skiaskopický režim s monitorem ve vyšetřovně. Má být monitor pro skiaskopický režim ve vyšetřovně na stropním závěsu?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel striktně nepožaduje, aby monitor pro skiaskopický režim byl umístěn na stropním závěsu.

Dotaz č. 3

V zadávací dokumentaci v bodě 7.3. Doložení výpočtu nabídkové ceny je uvedeno:
Uchazeč je povinen jako přílohu návrhu kupní smlouvy předložit ve své nabídce kalkulaci nabídkové ceny a zároveň ocenění nabídky dle části 2 Zadávací dokumentace (uchazeč zpracuje jako přílohu č. 1 Návrhu kupní smlouvy). Co je myšleno oceněním nabídky dle části 2 zadávací dokumentace?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel požaduje ocenit nabídku na základě údajů, které jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a v příloze č.1 Zadávací dokumentace (Projektová dokumentace).

V Ústí nad Labem 25-04-2014


Ing. Petr Fiala
ředitel

13



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

21