





**Objednávka 5600046477**

Datum objednávky **25.09.2018**  
 Vyhotovuje:   
 Oddělení: Zdravotnická tech.  
 Telefon:   
 fax:   
 Mail: @kzcr.eu

**OLYMPUS Czech Group, s.r.o.**  
 člen koncernu  
**Evropská 176/16**  
**160 41 Praha 6**

Adresa odběratele (fakturační):  
 Krajská zdravotní, a.s.  
 Sociální péče 3316/12A  
 401 13 Ústí nad Labem

Vaše číslo dodavatele u nás  
 1000052

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:  
 Krajská zdravotní, a.s.  
 Nemocnice Teplice, o. z.  
 Duchcovská 53  
 415 29 Teplice

Termín dodávky: **12.10.2018**

**Fakturujte se splatností 60 dnů!**

**Měna CZK**




Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus oprava ZT	193.034,00	193.034,00
		Kolonoskop CF-H180AL Exera II výr.č.2807174 (uspaná tryska)		
		Pro odd. interna gastro		

Celk.hodn. s DPH CZK , 193.034,00

**Schválil:..** 

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). **Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.**

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, **nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena.** Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO:  DIČ:  Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.   
 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

ZÁKAZNÍK

Krajská zdravotní , a.s.  
Nemocnice Teplice, o.z. - [REDACTED]  
Oddělení zdravotnické techniky  
Duchcovská 53.....  
415 29 TEPLICENA ZÁKLADĚ VAŠÍ OBJEDNÁVKY č.: **5600046477**  
A NÁSLEDUJÍCÍCH SKUTEČNOSTÍ VÁM ZASÍLÁME**CENOVÝ NÁVRH NA OPRAVU číslo: 50874280 / 8753**PRO PŘÍSTROJ : VIDEOKOLONOSKOP PRACOVÍŠTĚ: Gastroenterologie  
TYP : CF-H180AL VÝROBNÍ Č. : 2807174**TECHNICKOU PROHLÍDKOU PŘÍSTROJE BYLO ZJIŠTĚNO :**

- ucpaná oplachová tryska čočky kamerového čipu
- prasklá dvířka horního krytu (netěsnost přístroje)
- zlomený světlovodný tubus u konektoru
- místy poškrábaný ochranný plášť zaváděcího tubusu, izolační odpor nevyhovuje toleranci výrobce
- narušené lepení krycí gumy ohebné části
- poškrábaná krytka distálního konce
- odštíplé hrany světlovodných čoček
- netěsnost zemnicího kolíku na S-konektoru, netěsnost mezi kovovou a plastovou částí S-konektoru

**S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÝ TECHNICKÝ STAV PŘÍSTROJE JE NUTNO PROVÉST :**

- dekontaminace - již provedeno
- částečnou demontáž - již provedeno
- výměnu spodního a vrchního krytu ovládací části (kontrolboxu) včetně dvířek vrchního krytu
- výměnu světlovodného tubusu
- výměnu zaváděcího tubusu včetně ohebné části a mechanismu ovládání
- výměnu krytky distálního konce s oplachovou tryskou včetně krycí gumy na ohebné distální části
- výměnu světlovodných čoček - 2 ks
- výměnu S-konektoru

**CENA NAVRHOVANÉ OPRAVY ČINÍ..... 159 533,00 Kč**  
**CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 21% ..... 193 034,00 Kč**

Přibližná doba opravy cca. 10 dnů od schválení cenového návrhu. Po ukončení opravy Vám bude zaslána faktura. Záruční doba na provedenou opravu je 6 měsíců ode dne převzetí opraveného přístroje a vztahuje se pouze na použitý materiál a vykonané práce. Vaše vyjádření zasílejte, prosím, na adresu, faxové číslo nebo e-mail uvedené ve spodní části cenového návrhu.

V zájmu urychlení opravy Vašeho přístroje Vás žádáme o schválení a odeslání cenového návrhu do 5-ti dnů aby Vaše zakázka mohla být řádně a včas vyřízena.

**Požádat o zapůjčení náhradního přístroje lze po schválení cenového návrhu.**  
**Pronájem přístroje se řídí zápůjčnými podmínkami společnosti OLYMPUS Czech Group**

CENOVÝ NÁVRH ZPRACOVAL :

Olympus Czech Group, s.r.o.,  
člen koncernu; Evropská 176/16  
160 41 Praha 6, IČ: 27068641  
tel.: +420 221 985 266  
[REDACTED]SOUHLASÍM S PROVEDENÍM OPRAVY  
PODPIS / RAZÍTKO

DNE: 1. říjen 2018

DNE: \_\_\_\_\_

From: [REDACTED]@olympus.cz [mailto:[REDACTED]@olympus.cz]

Sent: Wednesday, October 03, 2018 9:15 AM

To: [REDACTED]

Subject: RE: Olympus - cenový návrh opravy

Dobrý den, paní [REDACTED]

Děkuji Vám za schválení. Potvrzuji tímto objednávku opravy videokolonoskopu CF-H180AL s výrobním číslem 2807174 na základě cenového návrhu opravy číslo 50874280/8753. Dnešním dnem bude endoskop odeslán technikům k opravě.

S pozdravem a přáním pohodového dne  
Lukáš Miltner

Servis zdravotnické techniky

OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., CLEN KONCERNU  
Evropská 176/16  
160 41 Praha 6  
Česká republika

[REDACTED]  
mailto:[REDACTED]@olympus.cz

URL: <http://www.olympus.cz>

Dobrý den,

Zasílám schválenou objednávku na opravu kolonoskopu č.5600046477

A žádám o písemné přijetí objednávky