

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5

poskytnuté v rámci zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem:

„Inovace a obnova zobrazovací techniky KZ, a.s.“

Ev. č. VZ 376660

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,

zadavatel VZ „Inovace a obnova zobrazovací techniky KZ, a.s.“ obdržel dne 25.4.2014 v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) žádost od jednoho uchazečů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky na dodávky.

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zákona o VZ poskytuje zadavatel, k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky, následující dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

Citace dotazu:

Dotaz k části VZ č. 3 – Systém SPECT:

V technickém listu přístroje System SPECT (jednotonová emisní výpočetní tomografie) je v minimálních technických požadavcích zadavatele uvedeno v odstavci Linearity:

- Linearity
<input type="radio"/> Diferenciální CFOV $\leq 0,2\text{mm}$
<input type="radio"/> Diferenciální CFOV $\leq 0,2\text{mm}$
<input type="radio"/> Absolutní CFOV $\leq 0,5\text{mm}$
<input type="radio"/> Absolutní CFOV $\leq 0,5\text{mm}$

Uchazeč se domnívá, že požadavky na Diferenciální CFOV $\leq 0,2\text{mm}$ a na Absolutní CFOV $\leq 0,5\text{mm}$ se opakují a mají být správně uvedeny následující požadavky:

- Linearity
<input type="radio"/> Diferenciální CFOV $\leq 0,2\text{mm}$
<input type="radio"/> Diferenciální UFOV $\leq 0,2\text{mm}$
<input type="radio"/> Absolutní UFOV $\leq 0,5\text{mm}$
<input type="radio"/> Absolutní UFOV $\leq 0,5\text{mm}$

Prosíme o sdělení, zda je tato domněnka správná a případnou korekci požadovaných hodnot uvedených v mm.

Odpověď:

Ano požadavky se v technickém listu opakují, chyba vznikla kopírováním téhož, správně zadavatel požaduje tyto parametry: diferenciální CFOV $\leq 0,2\text{mm}$, diferenciální UFOV $\leq 0,2\text{mm}$, absolutní CFOV $\leq 0,5\text{mm}$, absolutní UFOV $\leq 0,5\text{mm}$.

Zadavatel povoluje uchazečům provést potřebné úpravy ve sloupci „Min. technický požadavek zadavatele“ dle výše uvedené technické specifikace v *Technickém listu přístroje Systém SPECT (jednofotonová emisní výpočetní tomografie)* (viz. příloha č. 4 ZD). Děkujeme za pochopení.

Dotaz č. 2:

Citace dotazu:

Dotaz k části VZ č. 2 Hybridní systém SPECT/CT - 2 ks a části VZ č. 3 – Systém SPECT:

Může uchazeč nabídnout technické nebo SW řešení (nebo jejich části), které v okamžiku podání nabídky ještě není v klinickém provozu, ale v čase instalace již bude v klinickém provozu?

Odpověď:

Ano, zadavatel připouští nabídku nové technologie, která ještě není v klinickém provozu, ale v čase instalace již bude.

V Ústí nad Labem, dne 29.4.2014



Ing. Petr Fiala
ředitel

