

**Název
zadavatele:** Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 1318/2018

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Dodávka 5 ks ultrazvukových přístrojů pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 3 - USG přístroj přenosný pro interní oddělení“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P18V00000210**“

ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2018-020999**“

Předmět veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 5 ks ultrazvukových přístrojů do Krajské zdravotní, a.s., spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně:

- dopravy zboží do místa plnění,
- jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti,
- provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy (ZDS, výchozí elektro revize atd.),
- ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace,
- instruktáže zdravotnického personálu a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži,
- předání všech příslušných dokladů,
- záručního servisu za dále uvedených podmínek,
- likvidace obalového materiálu,

Cena sjednaná ve smlouvě: Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název:

Sídlo:

IČO:

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Irelevantní

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	EXRAY s.r.o.	Karlovarská 89 271 01 Nové Strašecí	01647580	1 473 500,- Kč bez DPH
2.	Bionik Stapro Group, s.r.o.	Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice	02040638	523 200,- Kč bez DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
Bionik Stapro Group, s.r.o.	Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice	02040638

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Zadavatel požadoval v technické specifikaci:

- 2D sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace ve dvou rovinách - matrix, kmitočtový rozsah min. 1,7 - 4 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI)

Účastník v nabídce uvádí

- Kardiologická singlecrystal sonda
SP5-1s, 1,1 – 4,4 MHz

Výše uvedeným byly naplněny předpoklady pro vyloučení účastníka dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Zakázka byla rozdělena na části.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Takovýto požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:

Po posouzení nabídek zbyl v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku jediný účastník.
Z tohoto důvodu ruší zadavatel zadávací řízení dle § 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ

V Ústí nad Labem dne 15.10.2018

Ing. Václav Štyvar, vedoucí Samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.

