

Název zadavatele: Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 1302/2018

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - ČÁST 11: Elektrochirurgický generátor vč. pokročilé bipolární koagulace“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00000194“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2018-021023“

Předmět veřejné zakázky: Elektrochirurgický generátor vč. pokročilé bipolární koagulace
Cena sjednaná ve smlouvě: 0,00 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název:

Sídlo:

IČO:

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Irelevantní.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	MeWAdia s.r.o.	Hlinky 64, 603 00 Brno	27683818	800 000 Kč bez DPH
2.	Medtronic Czechia, s.r.o	Prosecká 852/66, 190 00 Praha 9 - Prosek	64583562	983 388 Kč bez DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
MeWAdia s.r.o.	Hlinky 64, 603 00 Brno	27683818
Medtronic Czechia, s.r.o	Prosecká 852/66, 190 00 Praha 9 - Prosek	64583562

Odůvodnění vyloučení účastníků:

MeWAdia s.r.o., Hlinky 64, 603 00 Brno, IČO: 27683818

Odůvodnění rozhodnutí:

Zadavatel požadoval v technické specifikaci:

a) Elektrochir. Generátor 1

- Pokročilá bipolární koagulace s nejvyšším výkonem minimálně 300W

b) Elektrochir. Generátor 2

- Nejvyšší výkon pro koagulaci alespoň 320W

Účastník v nabídce uvádí u bodu a) 150 W a u bodu b) 300W.

Výše uvedeným byly naplněny předpoklady pro vyloučení účastníka dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Medtronic Czechia, s.r.o, Prosecká 852/66, 190 00, Praha 9 – Prosek, IČO: 64583562

Zadavatel požadoval v technické specifikaci u části 11B:

Nejvyšší výkon pro řez alespoň 400W

Účastník v nabídce uvádí:

Orion umožňuje šest různých monopolárních režimů (max. 300W), tři bipolární režimy včetně funkce Autobipolár (max. 95W), dva režimy bipolární reseckce a režim Ligasure (max. 350W). Monopolární režim, bipolární režim a režim Ligasure lze používat současně, bez nutnosti přepínání generátoru

Režim křivky	Špičkové napětí otevřeného obvodu (max.)	Špičkové napětí P-P otevřeného obvodu (max.)	Jmenovité zatížení (max)	Výkon (max)	Činitel amplitudy*
Monopolar cut (monopolární řez)					
Pure (řez)	910 V	1840 V	300 Ω	300 W	1,42
Blend (smíšený)	1100 V	2970 V	300 Ω	200 W	2,5
ValleyLab (HWD)	1549 V	4730 V	300 Ω	200 W	3,8

Výše uvedeným byly naplněny předpoklady pro vyloučení účastníka dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Nebyl zjištěn střet zájmů.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Veřejná zakázka byla rozdělena na části.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Takovýto požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Po posouzení nabídek nezbyl v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku žádný účastník.
V souvislosti s tím zadavatel zrušil zadávací řízení dle § 127 odst. 1 ZZVZ.

V Ústí nad Labem dne 15.10.2018

Ing. Václav Štyvar, vedoucí Samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.

