



FOMEI

FOMEI a.s.

U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8

IČ : 46504869, DIČ : CZ46504869

tel.: +420 495 056 111, fax: +420 495 056 511

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Ing. Petr Fiala, ředitel

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Uchazeč:

FOMEI a.s.

Jaroslav Faltus, člen představenstva

U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8

V Praze dne 13.5.2014

Věc: **Dodatečné informace k zadávací dokumentaci**

Uchazeč **FOMEI a.s.** se sídlem U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8, IČ: 46504869, DIČ: CZ46504869, zastoupený panem Jaroslavem Faltusem, členem představenstva, žádá tímto v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, v platném znění, o dodatečné informace k zadávací dokumentaci na dodávku pod názvem „**Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a.s. – Část VZ č. 5 – RTG skiaskopie digitální**“ vyhlášenou zadavatelem, kterým je **Krajská zdravotní, a.s.** se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, zastoupená Ing. Petrem Fialou, ředitelem.

Dotaz č. 1

Požadavek zadavatele uvedený v Příloze č. 2 – Technický popis k nabídce, odstavec Vysokofrekvenční generátor:

Expoziční napětí rozsah cca 10-100 kV

Dotaz uchazeče:

Bude zadavatel akceptovat řešení s rozsahem expozičního napětí pro skiaskopii 40-125 kV a pro skiografii 40-150 kV, které je dle našich zjištění běžné u některých renomovaných výrobců obdobných zařízení?

Dotaz č. 2

Požadavek zadavatele uvedený v Příloze č. 2 – Technický popis k nabídce, odstavec Sklopná stěna:

Motoricky posuvná deska stolu v podélném i příčném směru

Dotaz uchazeče:

Bude zadavatel akceptovat řešení, kde deska stolu je pohyblivá pouze v příčném směru (rozsah 300 mm) a podélný pohyb desky stolu je nahrazen podélným posunem rentgenky na sloupu, ovšem s maximálním rozsahem 1 605 mm, tak aby došlo k pokrytí nároku na vyšetření všech částí těla pacienta (celkové pokrytí pacienta je v rozsahu 2 035 x 730 mm).



FOMEI

FOMEI a.s.

U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8

IČ : 46504869, DIČ : CZ46504869

tel.: +420 495 056 111, fax: +420 495 056 511

Dotaz č. 3

Požadavek zadavatele uvedený v Příloze č. 2 – Technický popis k nabídce, odstavec Receptor obrazu:

Bucky clona s počtem lamel/cm min. 60, mřížkovým poměrem min. 13:1

Dotaz uchazeče:

Bude zadavatel akceptovat řešení, kde má Lysholmova clona 80 lamel/cm a běžně používaný poměr mřížek 12:1?

Žádáme o zvážení výše uvedených dotazů a o vyjádření k nim.

S pozdravem

za FOMEI a.s.
Jaroslav Faltus
člen představenstva

(17)



U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8

IČO: 46504869 Kontakt: 495 056 424

Machkova 587, 500 11 Hradec Králové