

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – II.**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1405/2018**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotazy pro ČÁST 1: Instrumentárium pro laparoskopickou operativu vč. kontejnerů

Dotaz 1:

Zadavatel ve výběrovém řízení „IROP - Specializovaná zdravotní péče v onkogynekologii“ v části č.1 „Instrumentárium pro laparoskopickou operativu včetně kontejnerů“ požaduje v technické specifikaci instrument: Klipovač ø 12,5mm, 330 mm, rotační 360°, kompatibilní s klipy Pilling Weck Hem-o-Lok large, včetně klipů velikosti L. minimálně 200ks 5 kusů.

Jedná o speciální instrument, po kontrole u výrobců se domníváme, že došlo k chybě ve specifikaci instrumentu, neboť klipovač ø 12,5mm neexistuje, zadavatel měl na mysli zřejmě klipovač průměru 10mm se stejným medicínským využitím a funkcí.

Dotaz: Umožní zadavatel dodavateli dodat klipovač ø 10mm, 330 mm, rotační 360°, kompatibilní s klipy Pilling Weck Hem-o-Lok large, včetně klipů velikosti L. minimálně 200ks 5 kusů?

Odpověď

Ano, zadavatel umožní dodavateli dodat klipovač ø 10mm, 330 mm, rotační 360°, kompatibilní s klipy Pilling Weck Hem-o-Lok large, kdy dodavatel musí dodat 5 ks klipovačů a ke každému min. 200 ks klipů.

Dotaz 2:

Zadavatel ve výběrovém řízení „IROP - Specializovaná zdravotní péče v onkogynekologii“ v části č.1 „Instrumentárium pro laparoskopickou operativu včetně kontejnerů“ požaduje v technické specifikaci instrument: Klipovač ø 10mm, 450 mm, rotační 360°, kompatibilní s klipy Hem-o-Lock extralarge, rozebíratelný na 3 díly, včetně klipů XL minimálně 80ks 1 kus

Jedná o speciální instrument, po kontrole u výrobců se domníváme, že došlo k chybě ve specifikaci instrumentu, neboť klipovač ø 10mm, 450 mm, rotační 360°, kompatibilní s klipy Hem-o-Lock extralarge, rozebíratelný na 3 díly neexistuje, zadavatel měl zřejmě na mysli klipovač umožňující snadné čištění se stejným medicínským využitím a funkcí, tedy kompaktní.

Dotaz: Umožní zadavatel dodavateli dodat klipovač $\varnothing$ 10mm, 450 mm, rotační 360°, kompatibilní s klipy Hem-o-Lock extralarge, kompaktní – nerozebíratelný, který umožňuje snazší čištění a sterilizaci, včetně klipů XL minimálně 80ks 1 kus?

Odpověď

Ano, zadavatel umožní dodavateli dodat klipovač $\varnothing$ 10mm, 450 mm, rotační 360°, kompatibilní s klipy Hem-o-Lock extralarge, kompaktní – nerozebíratelný, který umožňuje snazší čištění a sterilizaci, včetně minimálně 80 ks klipů XL.

Dotaz 3:

Zadavatel ve výběrovém řízení „IROP - Specializovaná zdravotní péče v onkogynekologii“ v části č.1 „Instrumentárium pro laparoskopickou operativu včetně kontejnerů“ požaduje v technické specifikaci instrument: Klipovač $\varnothing$ 5,5 mm, 330 mm, rotační 360°, kompatibilní s klipy Pilling Weck Hem-o-Lock medium/large, včetně klipů minimálně 25kusů.

Jedná o speciální instrument, po kontrole u výrobců se domníváme, že došlo k chybě ve specifikaci instrumentu, neboť klipovač $\varnothing$ 5,5 mm, 330 mm, rotační 360°, kompatibilní s klipy Pilling Weck Hem-o-Lock medium/large neexistuje. Zadavatel měl zřejmě na mysli klipovač o průměru 5mm, kompatibilní s trokarem 5,5mm, se stejným medicínským využitím a funkcí.

Dotaz: Umožní zadavatel dodavateli dodat klipovač $\varnothing$ 5 mm, 330 mm, rotační 360°, kompatibilní s klipy Pilling Weck Hem-o-Lock medium/large, včetně klipů minimálně 25kusů?

Odpověď

Ano, Zadavatel umožní dodavateli dodat klipovač $\varnothing$ 5 mm, 330 mm, rotační 360°, kompatibilní s klipy Pilling Weck Hem-o-Lock medium/large, včetně minimálně 25 ks klipů.

Dotaz 4:

Zadavatel ve výběrovém řízení „IROP - Specializovaná zdravotní péče v onkogynekologii“ v části č.1 „Instrumentárium pro laparoskopickou operativu včetně kontejnerů“ požaduje v technické specifikaci u přístroje tkáňový morcelátor: Řezací trubice průměru 11, 15 a 20 cm včetně obturátorů (bez uplatnění tolerance 10%).

Jedná o speciální instrument, po kontrole u výrobců se domníváme, že došlo k chybě ve specifikaci průměru řezací trubice, neboť průměr 11, 15 a 20cm řezací trubice neexistuje. Typickou velikostí řezací trubice je průměr 12-12,5mm, 15mm a 20mm.

Dotaz: Umožní zadavatel dodavateli dodat řezací trubici v průměru 12-12,5mm, 15mm a 20mm?

Odpověď

Administrativní chybou došlo k záměně mm za cm u výše uvedených průměrů řezacích trubic. Zadavatel umožňuje dodavateli dodat řezací trubici v průměru 12-12,5mm, 15mm a 20mm.

Vzhledem k výše uvedeným odpovědím prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek pro
ČÁST 1: Instrumentárium pro laparoskopickou operativu vč. kontejnerů Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

16-11-2018

06

KZ

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel