



KZ Krajská zdravotní, a.s.

Poskytnutí dodatečných informací č. 6

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a. s.“

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat řešení s rozsahem expozičního napětí pro skiaskopii 40-125 kV a pro skiografii 40-150 kV, které je dle našich zjištění běžné u některých renomovaných výrobců obdobných zařízení?

Odpověď:

Zadavatel vzhledem k dotazu uchazeče zmírňuje požadovaný rozsah expozičního napětí na min. 40-110 kV pro skiaskopii a 40-150 kV pro skiografii, úměrně k tomuto parametru pak požaduje i dostatečný rozsah expozičního a skiaskopického proudu (tedy rušíme stanovený parametr skiaskopického proudu cca 10-50 mA).

Dotaz č. 2:

Bude zadavatel akceptovat řešení, kde deska stolu je pohyblivá pouze v příčném směru (rozsah 300 mm) a podélný pohyb desky stolu je nahrazen podélným posunem rentgenky na sloupu, ovšem s maximálním rozsahem 1 605 mm, tak aby došlo k pokrytí nároku na vyšetření všech částí těla pacienta (celkové pokrytí pacienta je v rozsahu 2 035 x 730 mm).

Odpověď:

Zadavatel trvá na původním požadavku podélného i příčného pohybu stolu, který považuje za klinicky oprávněný vzhledem k vysokému % vyš. dětských pacientů, tedy nespolutracujících. Ovládání pohybu stolu je v tomto případě jednodušší a rychlejší než nahrazovat tento pohyb pohybem rentgenky či manipulací s pacientem.

Dotaz č. 3:

Bude zadavatel akceptovat řešení, kde má Lysholmova clona 80 lamel/cm a běžně používaný poměr mřížek 12:1?

Název projektu: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra
Krajské zdravotní, a. s.



KZ Krajská zdravotní, a.s.

Odpověď:

Zadavatel akceptuje navrhované variantní řešení tedy použití Lysholmovy clony za předpokladu, že hustota lamel bude min. 80 lamel/cm s mřížkovým poměrem min. 12:1.

V souvislosti uvedenými změnami, zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek pro

- část 5: 1 ks RTG skiaskopie digitální
do 5. 8. 2014 v 10:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 5. 8. 2014 v 10:15 hod.

V Ústí nad Labem dne: 19-05-2014

13
KZ
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25469403
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
ředitel společnosti