

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii
- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – II.**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1405/2018**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotazy pro ČÁST 1: Instrumentárium pro laparoskopickou operativu vč. kontejnerů

Dotaz 1:

Zadavatel v technické specifikaci v části 1 požaduje „Bariatrický trokar ø 11mm, délka 150 mm, složení: kanyla hladká se zdrsňným povrchem s rovným distálním zakončením a otvorem na distálním konci hylzny, hlava trokaru s kohoutkem, kovovým multifunkčním ventilem s možností manuálního otevření membrány před vsunutím optiky, v kompletním kovovém provedení bez plastových součástek, bezpečnostní obturátor typu pyramidy“.

Nabízíme bariatrický trokar ø 10,5 mm s víkem vyrobeným z termoplastu s magnetickým uzávěrem, který je zcela automatický a nevyžaduje zásah operátora. Bude Zadavatel akceptovat popsané řešení? (popsaný trokar je v současné době využíván oddělením).

Odpověď

Ano, zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Dotaz 2:

Zadavatel v technické specifikaci v části 1 požaduje „Bariatrický trokar ø 13mm, délka 150 mm, složení: kanyla hladká se zdrsňným povrchem s rovným distálním zakončením a otvorem na distálním konci hylzny, hlava trokaru s kohoutkem, kovovým multifunkčním ventilem s možností manuálního otevření membrány před vsunutím optiky, v kompletním kovovém provedení bez plastových součástek, bezpečnostní obturátor typu pyramidy“.

Nabízíme bariatrický trokar ø 12,5 mm s víkem vyrobeným z termoplastu s magnetickým uzávěrem, který je zcela automatický a nevyžaduje zásah operátora. Bude Zadavatel akceptovat popsané řešení? (popsaný trokar je v současné době využíván oddělením).

Odpověď

Ano, zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Dotaz 3:

Zadavatel v technické specifikaci v části 1 požaduje „děložní manipulátor“, ke kterému požaduje 3 průměry kloboučky 3 rozměrů s „Colpopneumooccluderem“.

Nabízíme děložní manipulátor, který oproti požadovanému nástroji umožňuje colpoptansilluminaci a vakuovou fixaci dělohy. Manipulátor obsahuje jeden typ silikonového kloboučku pro všechny velikosti cervixu (po připojení a nastavení vakua dojde vždy k přilnutí tkáně různé velikosti) a děložní sondu s možností kalibrace.

Na základě výše uvedeného se ptáme, zdali bude Zadavatel akceptovat děložní manipulátor s universálním rozměrem kloboučku, s colpoptansilluminací a vakuovou fixací dělohy, který převyšuje požadavky Zadavatele a plně splňuje požadovaný medicínský účel?

Odpověď

Ano, zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Vzhledem k výše uvedeným odpovědím prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek pro **ČÁST 1: Instrumentárium pro laparoskopickou operativu vč. kontejnerů Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.**

V Ústí nad Labem dne: 26-11-2018



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel